

Informátor Ústavu imunologie FNOL 01/2024

Změna referenčních mezí u stanovení ECP a Tryptázy

S účinností od 17.1.2024 dochází k úpravě referenčních mezí u metody **ECP** (eozinofilní kationický protein) a **Tryptázy**. Referenční meze jsou upraveny dle aktuálních příbalových letáků výrobce.

Referenční meze ECP: **0 - 13,3 µg/l** (původně 0 – 24,0 µg/l)

Rozsah měření: 2 - 200 µg/l

Referenční meze Tryptáza: **0 - 11,4 µg/l** (původně 0 - 11,0 µg/l)

Rozsah měření: 1 - 200 µg/l

Vypracoval:
Mgr. Denisa Mišunová,
laboratoř humorální imunity

Schválil:
prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
zástupce přednosty pro LP

Datum: 17.01.2024