

## Informátor Ústavu imunologie FNOL 05/2023

### Důležité upozornění k výsledkům znaku CD19 na B lymfocytech

Po zásahu firmy STAPRO došlo k chybnému přenastavení formátu **relativních hodnot znaku CD19** (%) v programu **MEDEA**. Výsledky jsou chybně znásobeny koeficientem 100.

Chybný formát je ve výsledcích vyšetření CD19 (%) **do 21.7.2023 včetně**.  
Od 24.7.2023 jsou výsledky CD19 (%) nedotčeny.

Výsledky absolutních hodnot znaku CD19 ( $10^9/l$ ) nejsou ovlivněny.

Firma STAPRO byla vyzvána k urgentnímu řešení problému a chybný formát bude opraven.

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Z. Heřmanová  
zástupce pro LP  
Ústav imunologie

Datum: 1.8.2023