

Informátor Ústavu imunologie FNOL 08/2023

Důležité upozornění k výsledkům znaku CD19 na B lymfocytech

Jak již bylo v Informátoru 5/2023 avizováno, po zásahu firmy STAPRO došlo k chybnému přenastavení formátu **relativních hodnot znaku CD19 (%)** v programu **MEDEA**. Výsledky (do 21.7.2023 včetně) byly chybně znásobeny koeficientem 100.

S ohledem na rozsah dat probíhaly **opravy archivu výsledků CD19% v MEDEA** průběžně v termínu **1.8 - 23.8.2023**. Během testování nebyly zjištěny další chyby a t.č. jsou všechny **hodnoty CD19 (%)** v MEDEA v původním **správném formátu**.

Výsledky absolutních hodnot znaku CD19 ($10^9/l$) nebyly ovlivněny.

Děkujeme za pochopení.

MUDr. Z. Heřmanová
zástupce pro LP
Ústav imunologie

Datum: 25.9.2023