



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.3.300/19

NAŠE ZNAČKA
VZ-2019-000608 231-9/19

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
27/5/19

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Vakuových elektrod k EKG“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Vakuové elektrody k EKG“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika vakuových elektrod k EKG pro Transfuzní oddělení:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu systému vakuových elektrod k EKG pro Transfuzní oddělení, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace vakuových elektrod k EKG pro Transfuzní oddělení:

- ✓ 1 kus systému vakuových elektrod k EKG pro Transfuzní oddělení
- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí obsahovat 12 svodů



- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí být kompatibilní s EKG přístrojem typ BTL-08 LC firmy BTL zdravotnická technika a.s.
- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí mít minimálně 4 stupně nastavení podtlaku
- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí mít Ag/AgCl elektrody
- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí být schopný při uvolnění elektrody automatického přidání podtlaku
- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí mít defibrilační ochranu
- ✓ systém vakuových elektrod k EKG musí mít jednotlivé vakuové elektrody označené barevně a číslicemi
- ✓ svody systému vakuových elektrod k EKG musí mít délku minimálně 1,4 metru
- ✓ vakuové elektrody a řídicí jednotka musí být na teleskopickém rameni
- ✓ teleskopické rameno musí být rotující s kloubem a musí mít svorku pro upevnění na pojízdný EKG stolec
- ✓ součástí systému vakuových elektrod k EKG musí být podtlaková jednotka
- ✓ podtlaková jednotka musí mít možnost podtlaku v minimálním rozmezí 80 – 240 mbar
- ✓ podtlaková jednotka musí být napájena z elektrické sítě 230V/50Hz
- ✓ zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma (případně dle doporučení výrobce)
- ✓ přístroj musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
- ✓ jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba

1.3. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž vakuových elektrod k EKG pro Transfuzní oddělení:

- ✓ pravidelné elektrické revize a výrobcem předepsané kontroly po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle z. 268/2014Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.4. Náklady na pravidelné prohlídky a servis vakuových elektrod k EKG pro Transfuzní oddělení:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTk včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.



3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Transfuzní oddělení
předpoklad realizace do 7/2019

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTk po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Vakuové elektrody k EKG“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně komplectace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**



- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 10:00 dne 26. 6. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Vakuové elektrody k EKG**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Vakuové elektrody k EKG“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Vakuové elektrody k EKG“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Vakuové elektrody k EKG“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Vakuové elektrody k EKG“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc