



## Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE  
INV. PLÁN 2.3.311/19

NAŠE ZNAČKA  
VZ-2019-000622 271-9/19

VYŘIZUJE / LINKA  
NOVÁK/588442873

DATUM  
3/6/19

### **Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Laboratorní sušárny“**

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

#### **Předmět zakázky**

### **„Laboratorní sušárna“**

#### **1. Technické požadavky**

##### 1.1. Charakteristika laboratorní sušárny:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu laboratorní sušárny skla, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje na Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc.

##### 1.2. Technická specifikace laboratorní sušárny:

- ✓ 1 kus laboratorní sušárny skla pro Ústavu soudního lékařství a medicínského práva
- ✓ sušárna musí mít displej pro zobrazování informací o probíhajícím procesu
- ✓ sušárna musí mít mikroprocesorové řízení
- ✓ sušárna musí mít elektromechanické ovládání odvětrávací klapky
- ✓ sušárna musí mít systém nucené cirkulace vzduchu v komoře
- ✓ sušárna musí mít vnitřní objem komory minimálně 220 litrů



- ✓ sušárna musí mít vnitřní rozměry (š x v x h) minimálně 52 x 76 x 50 cm
- ✓ sušárna musí mít možnost vložení polic s rozměrem minimálně 50 x 48 cm
- ✓ sušárna musí umožnit vložení alespoň dvou polic najednou
- ✓ minimální nosnost každé police musí být 20 kg
- ✓ maximální vnější přípustné rozměry sušárny jsou 100 x 100 x 100 cm (bez spodní nosné konstrukce - podstavce)
- ✓ sušárna musí mít rozsah teplot minimálně v intervalu +10 °C nad okolní teplotou až +250 °C
- ✓ maximální přípustná odchylka teplot v prostoru sušárny je  $\pm 3$  °C při teplotě 150 °C
- ✓ maximální přípustná odchylka teplot v čase musí být  $\pm 2$  °C při teplotě 150 °C
- ✓ přístroj musí být napájen 230 V/50 Hz
- ✓ přístroj musí mít přehledné a intuitivní ovládání
- ✓ zajištění pravidelné PBTK nebo elektrické revize jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma (případně dle doporučení výrobce)
- ✓ přístroj musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
- ✓ jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba

### 1.3. Charakteristika příslušenství laboratorní sušárny:

- ✓ součástí dodávky laboratorní sušárny musí být 3 ks nerezových perforovaných polic pro uložení laboratorního skla
- ✓ součástí dodávky laboratorní sušárny musí být 1 ks nerezového koše pro sušení laboratorních zkumavek
- ✓ součástí dodávky laboratorní sušárny musí být podstavec pod sušárnu o výšce minimálně 50 cm
- ✓ veškeré další příslušenství nezbytné pro standardní provoz přístroje

### 1.4. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž laboratorní sušárny:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

### 1.5. Náklady na pravidelné prohlídky a servis instruktáž laboratorní sušárny:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě



## 2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc  
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.  
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

## 3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Ústav soudního lékařství a medicínského práva  
předpoklad realizace do 7/2019

## 4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTk po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

**U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah  $\pm 10\%$**

## 5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

**Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.**

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

## 6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Laboratorní sušárna“)



- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

## 7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:30 dne 1. 7. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Laboratorní sušárna**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc  
Odbor nákupu  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Laboratorní sušárna“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Laboratorní sušárna“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Laboratorní sušárna“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Laboratorní sušárna“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc