



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.2.124/19

NAŠE ZNAČKA
VZ-2019-000628 281-9/19

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
3/6/19

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Lůžkové váhy“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Lůžková váha“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika lůžkové váhy:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu lůžkové váhy, včetně veškerého nezbytného příslušenství a zaškolení personálu k používání lůžkové váhy na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace lůžkové váhy:

- ✓ 1 kus lůžkové váhy pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
- ✓ univerzální nájezdová váha je určena pro rychlé a snadné vážení pacientů na lůžku (předpokládané rozměry lůžka 2.200 x 1.100 mm, šířka kola do 100 mm)
- ✓ váha musí být určena pro použití ve zdravotnickém zařízení



- ✓ váha musí být metrologicky ověřené měřidlo
- ✓ váha musí mít váživost minimálně 500 kg s dílkem (rozlišením) minimálně 200 g *
- ✓ váha musí mít LED displej s výškou číslic minimálně 50 mm s automatickým úsporným režimem při nečinnosti
- ✓ váha musí umožnit svůj provoz napájením z akumulátoru po dobu minimálně 90 hodin
- ✓ váha musí umožnit svůj provoz napájením přes síťový adaptér 230 V/50 Hz
- ✓ váha musí odesílat naměřená data do PC a na tiskárnu přes hardwarové rozhraní
- ✓ váha musí obsahovat 4 kusy vážících patek s oboustrannými nájezdy
- ✓ patky musí mít madla pro snadnou manipulaci
- ✓ patky musí mít protiskluzovou spodní část
- ✓ patky musí být ocelové konstrukce s povrchovou úpravou
- ✓ patky musí mít výšku nájezdu nad podlahou maximálně 2 cm
- ✓ patky musí mít minimální rozměr měřicí plochy 10 x 18 cm (š x d)
- ✓ patky musí mít maximální celkové rozměry 24 x 43 x 9 cm (š x d x v)
- ✓ každá patka musí mít maximální hmotnost 4,8 kg
- ✓ součástí dodávky váhy musí být skladovací pojízdný vozík na uskladnění a přesun patek
- ✓ váha musí mít přehledné a intuitivní ovládání
- ✓ váha musí být dodána s úředním ověřením dle normy CE (označena velkým M s posledním dvojčíslím letopočtu schválení typu nebo ověření) s platností po dobu dvou let
- ✓ zajištění pravidelné PBTk nebo elektrické revize jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma (případně dle doporučení výrobce)
- ✓ kontroly a ověření dle zákona o měřidlech, revize v rámci záruky minimálně jedenkrát ročně zdarma
- ✓ bezplatná instruktáž personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
- ✓ jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba

1.3. Náklady na pravidelné prohlídky a servis lůžkové váhy:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTk včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.



3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
předpoklad realizace do 7/2019

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTk po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$ (neplatí pro parametry označené tímto symbolem *)

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo předvedení a zapůjčení předmětu zadání VZMR nabízeného uchazečem.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Lůžková váha“)



- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu (minimálně ve dvou termínech) a technika OBTKS dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:00 dne 1. 7. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Lůžková váha**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Lůžková váha“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Lůžková váha“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Lůžková váha“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Lůžková váha“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc