



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-000688 s názvem:

„Přístroj pH-metr s impedancí II.“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Dodávka, instalace, uvedení do provozu systému pro měření pH-metrie a odporu jícnu pH-metr s impedancí včetně software a příslušenství pro kliniku II. IK FNOL včetně provedení zaškolení personálu.

3. Technické požadavky

3.1 Specifikace pH-metru s impedancí

- ✓ pH-metr musí umožnit monitorování pH ve vzdálenosti 3 nebo 5 cm nad svěračem
- ✓ pH-metr musí umožnit připojení 2kanálové sondy na měření proximálního / extraesofageálního refluxu
- ✓ pH-metr musí umožnit detekci refluxní aktivity pomocí impedance
- ✓ pH-metr musí umožnit kategorizaci refluxních epizod a jejich dělení na epizody kyselé, nekyselé a slabě kyselé
- ✓ pH-metr musí mít možnost připojení jedno i dvou kanálové sondy
- ✓ pH-metr musí mít minimálně šest kanálů impedance
- ✓ pH-metr musí komunikovat s pracovní stanicí manometrického systému
- ✓ pH-metr musí umožnit záznam v délce minimálně 24 hodin
- ✓ pH-metr musí umožnit měření v rozsahu minimálně 1-10 pH
- ✓ pH-metr musí mít automatickou analýzu naměřených výsledků
- ✓ pH-metr musí umožňovat zpracovávat a přenášet data na síťové diskové uložení a do NIS.
- ✓ pH-metr musí mít možnost připojení USB kabelu
- ✓ pH-metr musí mít přenosný obal
- ✓ pH-metr musí mít software kompatibilní s novými i stávajícími pH-metry Digitrapper pH-Z a kompatibilní s katétry LPR ZNID
- ✓ software musí umožňovat tvorbu databáze pacientů s možností třídění a automatické analýzy záznamů
- ✓ pH-metr musí používat katetry k vyšetření, které se vykazuje VZP (ZUM) kódem 0153117

3.2 Součást dodávky

- ✓ Součástí dodávky musí být dodaný nový software aktualizovaný na nejnovější verzi
- ✓ Součástí dodávky musí být 10kusů katetrů se vzdáleností 19 cm mezi pH kanály
- ✓ Součástí dodávky musí být 10kusů katetrů se vzdáleností 22 cm mezi pH kanály
- ✓ Dodané katetry (10+10ks) musí mít 2 pH kanály, 6 impedančních kanálů a průměr minimálně 1,5 mm



- ✓ součástí dodávky musí být zaškolení personálu k použití dle zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona č. 268/2014 Sb., - po dobu záruky zdarma
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje, kterou zadavatel stanovil v délce 8 let
- ✓ délka záruky minimálně 24 měsíců

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, II. Interní klinika

Doba plnění: červenec 2019

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 9. 7. 2019 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (přílohy č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů
- ✓ písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)



- ✓ seznam referenčních zakázek nabízeného zařízení v ČR za poslední 3 roky formou čestného prohlášení s uvedením předmětu, místa a objemu plnění
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc[®]

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

- Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek