

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 17. 7. 2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Mycí a dezinfekční automat na operační obuv“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16. 7. 2019.

Dotaz 1

Do mycího a dezinfekčního automatu se vejde 14 párů OP obuvi, ale konstrukce neumožňuje aby všechny byly velikost č. 48.

Kolik párů OP obuvi č. 48 zadavatel min. akceptuje v jednom cyklu ?

Odpověď 1

Zadavatel požaduje minimálně 10 párů bot velikosti 48 v jednom cyklu při zachování celkové kapacity 14 párů OP obuvi.

Dotaz 2

Přístroj musí umožnit uschování nádob s čistícím prostředkem.

Kolik dávkovačů a kanystrů (a jaké min. velikosti?) musí být vestavěno do konstrukce přístroje?

Odpověď 2

Zadavatel požaduje alespoň dva 5 litrové zásobníky s čerpadly, které jsou integrované do přístroje.

Dotaz 3

Přístroj musí obsahovat sušení.

Jaký systém a parametry sušení zadavatel požaduje?

Odpověď 3

Zadavatel požaduje horkovzdušné sušení s výkonem ventilátoru minimálně 55m³/h a minimálně dvojitou filtraci s filtry min. H13.

Zadavatel současně s tímto vysvětlením ZD č. 1 prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 30. 7. 2019 do 10 hod.