



Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-000803 s názvem:

„Automat pro PCR diagnostiku neuroinfekcí II“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a poskytování záručního a pozáručního servisu systému pro molekulární diagnostiku infekčních agens v mozkomíšním moku pro Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc, a to dle níže uvedených minimálních technických podmínek.

3. Technické podmínky

3.1. Specifikace automatu pro PCR diagnostiku

- Příklad musí pracovat na principu amplifikace nukleové kyseliny.
- Příklad musí umožňovat analýzu přímo z klinického materiálu (likvoru) bez nutnosti extrakce nukleové kyseliny.
- Příklad musí poskytnout výsledky vyšetření maximálně do 30 minut.
- Příklad musí detekovat více patogenů během jednoho vyšetření.
- Příklad musí měřit simultánně minimálně dva vzorky.
- Příklad musí mít kompaktní rozměry a nízkou hmotnost (maximálně do 2 kg).
- Příklad musí disponovat možností budoucího připojení k PC/ LIS.
- Příklad musí umožňovat zálohování dat přímo v přístroji.

3.2. Součást dodávky

- Součástí přístroje musí být přenosná tiskárna pro přímý tisk výsledků z přístroje.
- Součástí přístroje musí být čtečka čárových kódů.
- Součástí dodávky musí být veškeré technické vybavení pro přípravu vzorku.
- Součástí dodávky musí být činidla, které vystačí minimálně na 24 vyšetření.
- Součástí dodávky musí být analyzační kit (dále jen kit) pro in vitro diagnostiku a detekci infekčních agens v mozkomíšním moku:
 - Kit musí umožňovat stanovení herpetických virů (HSV-1, HSV-2, VZV), a stejně tak i bakterií *N. meningitidis*, *S. pneumoniae*, *S. agalactiae* a *L. monocytogenes*.
 - Kit musí být vybaven funkcí interní kontroly pro ověření správnosti reakce.

3.3. Pravidelné prohlídky a servis:

- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma
- zajištění pravidelných předepsaných kontrol dle zákona 268/2014 Sb. minimálně jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje



3.4. Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc,

Doba plnění: 9/2019

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 6. 8. 2019 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, která je tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- vyplněnou tabulku (přílohy č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek)
- délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů
- písemné potvrzení, že servisní technik komunikuje v českém jazyce a byl řádně vyškolen výrobcem pro provádění servisních úkonů
- prohlášení o shodě (Declaration of conformity)



- seznam referenčních zakázek nabízeného zařízení v ČR za poslední 3 roky formou čestného prohlášení s uvedením předmětu, místa a objemu plnění
- technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž

9. Ostatní podmínky

- zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

- Přílohy:
- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
 - Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
 - Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
 - Příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek
 - Příloha č. 5 – Informace k elektronickému podání nabídek