



Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-000770 s názvem:

## „34. Jícnové stenty III.“

### 1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892  
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: [pavel.dockal@fnol.cz](mailto:pavel.dockal@fnol.cz)

### 2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky jícnových stentů dle uvedených minimálních technických podmínek. Nabídka musí být zpracována na celý rozsah předmětu zakázky, nepřipouští se dílčí plnění. Předpokládané orientační množství za 2 roky plnění je 30 ks jícnových stentů samoexpandibilních (1), 18 ks jícnových stentů samoexpandibilních (2) a 5 ks jícnových stentů degradabilních. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství.

Předpokládaná hodnota zakázky: 662 084,00 Kč bez DPH za 24 měsíců plnění

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení, je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.

### 3. Minimální technické požadavky

#### 3.1. Jícnové stenty samoexpandibilní (1)

- Samoexpandibilní jícnový stent určený k zprůchodnění maligních nebo benigních zúžení jícnu.
- Stent je vyroben z nerezové oceli, částečně potažený polyetylenem.
- Max. 5-10% tolerance změny délky prodloužení / zkrácení stentu v komprimovaném a relaxovaném stavu.
- Distální konec zavaděče je opatřen rozpadovou olivkou zajišťující bezpečně vyjmutí zavaděče po implantaci stentu.
- Stent je opatřen antimigračním článkem k prevenci jeho migrace.
- Stent volitelně opatřen antirefluxní chlopní.
- kompatibilní s 0,035" vodícím drátem
- zevní Ø zavaděče 18 F / 28 F, délka zavaděče 75 cm
- délka stentu celková: 90 – 165 mm
- délka stentu aktivní: 65 – 140 mm
- Ø těla stentu: 20 mm

#### 3.2. Jícnové stenty samoexpandibilní (2)

- Samoexpandibilní jícnový stent určený k zprůchodnění maligních nebo benigních zúžení jícnu.
- Stent je vyroben z nerezové oceli, částečně potažený polyetylenem.
- Max. 5-10% tolerance změny délky prodloužení / zkrácení stentu v komprimovaném a relaxovaném stavu.
- Distální konec zavaděče je opatřen rozpadovou olivkou zajišťující bezpečně vyjmutí zavaděče po implantaci stentu.
- Stent je opatřen antimigračním článkem k prevenci jeho migrace.
- Stent volitelně opatřen antirefluxní chlopní.
- kompatibilní s 0,035" vodícím drátem
- zevní Ø zavaděče 18 F / 28 F, délka zavaděče 75 cm
- délka stentu celková: 90 – 210 mm
- délka stentu aktivní: 40 – 160 mm



- Ø těla stentu: 20 mm

### 3.3. Jícnové stenty degradabilní

- Jícnový stent degradabilní, určen k léčbě benigních stenóz jícnu.
- Vyroben z biodegradabilního materiálu, kdy po cca 11 – 12 týdnech od implantace dojde k samovolnému rozpadu stentu bez nutnosti jeho extrakce.
- Integrita a radiální síla stentu musí být udržitelná 6 – 8 týdnů od jeho implantace.
- Dálší konec zavaděče je opatřen rozpadovou olivkou zajišťující bezpečně vyjmutí zavaděče po implantaci stentu.
- Stent je vyroben v antimigračním designu k prevenci jeho migrace.
- kompatibilní s 0,035" vodícím drátem
- zevní Ø zavaděče 18 F / 28 F, délka zavaděče 75 cm
- Ø těla stentu: 18 – 25 mm
- délka stentu: 60 – 135 mm

### 3.4. Další podmínky

- poštovné a balné v ceně
- expirace min. 12 měsíců
- CE značka
- prohlášení o shodě

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

## 4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, konsignační sklad Radiologické kliniky

Doba plnění: 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy

## 5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 6. 8. 2019 do 10:00 hodin.

Nabídku podávejte elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

([www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol)).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

## 6. Technická kvalifikační kritéria

Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže dodavatel, který předloží seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny a doby poskytnutí a identifikace objednatele.

Zadavatel požaduje doložení realizace alespoň jedné (1) obdobné zakázky s minimálním finančním objemem plnění ve výši 220 000,00 Kč bez DPH za rok. Obdobnou zakázkou se rozumí dodávky jícnových stentů.

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele (prostá kopie či scan čestného prohlášení).

## 7. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena v Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou.





Nabídková cena v Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou.

Nabídková cena bude stanovena za celý rozsah předmětu plnění tj. za celé předpokládané množství. Tuto nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškerých nákladů souvisejících s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovního, balného, přepravních nákladů, dodání na místo plnění apod.

Daně z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

#### 8. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu, které jsou součástí této výzvy k podání nabídky jako Příloha č. 2 a Příloha č. 3. Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrhy smluv musí být podepsány statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat jménem společnosti uvedeném v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nebude nabídka účastníka hodnocena.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

#### 9. Nabídka musí obsahovat

- vyplněnou přílohu č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
- návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- vyplněnou přílohu č. 4 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek.
- vyplněnou přílohu č. 5 – Cenové ujednání a splnění minimálních technických podmínek
- technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění
- prohlášení o shodě, CE
- čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů dle bodu 6. této výzvy k podání nabídek

#### 10. Ostatní podmínky

- Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
- Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

.....  
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA  
obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC<sup>®</sup>  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

#### Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu
- Příloha č. 4 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek
- Příloha č. 5 – Cenové ujednání
- Příloha č. 6 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě