



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 2.8.2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k veřejné zakázce s názvem „Břišní rozvěrač“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2.8.2019:

Dotaz:

Zadavatel ve Výzvě k podání uvádí dva různé údaje ohledně záruky-60 měsíců a 24 měsíců, prosím o sjednocení.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje délku požadované minimální záruky na sestavu břišního rozvěrače: minimální délka záruky na sestavu musí být 60 měsíců.