



## Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-000807 s názvem:

### „Břišní rozvěrač“

#### 1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892  
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: [pavel.dockal@fnol.cz](mailto:pavel.dockal@fnol.cz)

#### 2. Předmět zakázky

Dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 kusu sestavy multifunkčního břišního rozvěrače pro rozšířené onkochirurgické operace, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání nástroje na I. Chirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

#### 3. Technické požadavky

##### 3.1. Technická specifikace břišního rozvěrače

- ✓ 1 kus sestavy břišního rozvěrače pro rozšířené onkochirurgické operace pro I. Chirurgickou kliniku
- ✓ břišní rozvěrač musí být multifunkční, určený pro rozsáhlé břišní operace
- ✓ břišní rozvěrač musí být vyroben z nerezové chirurgické oceli
- ✓ břišní rozvěrač musí být vhodný pro všechny operační stoly na COS FNOL (Maquet, Trumpf)
- ✓ břišní rozvěrač musí umožnit rychlou a stabilní fixaci rozvěrače k liště operačního stolu a to minimálně jedním fixačním bodem na jedné straně, přičemž nosná tyč musí být na stůl umístěna přes sterilní rouškování
- ✓ břišní rozvěrač musí umožnit fixaci ramen na jedné straně stolu, možnost fixace lopatek pomocí rychloupínacích svorek (např. typu vačka)
- ✓ břišní rozvěrač musí umožnit nastavení lopatek v horizontálním i vertikálním směru a to i v průběhu výkonu
- ✓ sestava musí obsahovat různé typy lopatek
- ✓ hlavní sloupek břišního rozvěrače musí mít svěrné čelisti k uchycení na operační stoly ovladatelné shora
- ✓ břišní rozvěrač včetně všech komponent musí být vhodný pro použití ve sterilním prostředí
- ✓ jednoduché, intuitivní a rychlé uchycení všech částí, snadná údržba a sterilizace
- ✓ sestava musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
- ✓ minimální délka záruky na sestavu musí být 60 měsíců

##### 3.2. Charakteristika komponentů a příslušenství břišního rozvěrače

- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus hlavního sloupku s upínací svorkou fixovaného k operačnímu stolu na jedné straně
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus asymetrického spojovacího ramene včetně dvou kusů upínače
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 pár bočního ramene k uchycení komponent
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 6 kusů rychloupínacích svorek 14/8 mm



- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy háků na rány typu FRITSCH 80x60 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 4 kusy háků na rány typu FRITSCH 80x80 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy háků na rány typu FRITSCH 90x105 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu LANGENBECK 50x220 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu LANGENBECK 50x170 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEAVER 50x190 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEAVER 50x170 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu DEAVER s okny 75x175 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu HARRINGTON 70x150 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu FINGER 90x150 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány typu „Body Wall“ zahnutý 80x160 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 1 kus háku na rány Pelvis 40/60x180 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 4 kusy držáků háků 180 mm
- ✓ součástí břišního rozvěrače musí být 2 kusy držáků háků 240 mm s kloubem
- ✓ součástí dodávky břišního rozvěrače musí být uzamykatelný sterilizační kontejner

### 3.3. Obecné požadavky

- ✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
- ✓ Délka záruky minimálně 24 měsíců
- ✓ Životnost přístroje minimálně 8 let

### 4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, I. Chirurgická klinika

Doba plnění: září 2019

### 5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 7. 8. 2019 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ([www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol)).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

### 6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

### 7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.



Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena. Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

#### 8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku (přílohy č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ seznam referenčních zakázek nabízeného zařízení v ČR za poslední 3 roky formou čestného prohlášení s uvedením předmětu, místa a objemu plnění
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž

#### 9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

**MUDr. Eleni Mikušková**  
náměstkyně léčebné péče  
Fakultní nemocnice Olomouc

.....  
MUDr. Eleni Mikušková  
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny  
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy  
Příloha č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek  
Příloha č. 4 - Informace k elektronickému podání nabídek