



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-001023 s názvem:

„Generátor ultrazvukový se sacím systémem pro terapii urolitiázy“

1. Informace o zadavateli

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a poskytování záručního a pozáručního servisu pro 1ks ultrazvukového generátoru a sacího systému pro terapii urolitiázy pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně zaškolení personálu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 1.138.000,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládané hodnota za pořízení a dodávku ultrazvukového generátoru a sacího systému pro terapii urolitiázy je 1.116.000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis poskytovaný pod dobu předpokládané životnosti přístroje v délce 8 let je 22.000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota.

3. Specifikace

- 1ks intrakorporální litotryptor s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů.
- Přístroj musí být zařízení typu „plug and play“ a nevyžaduje cyklus nastavování.
- Přístroj musí obě energie přenášet simultánně jedinou sondou.
- Přístroj musí mít ultrazvukovou energii v rozsahu 19 500 – 21 500 Hz s maximálním výstupním výkonem 100 W.
- Přístroj musí mít použití kombinovaných sond pro přenos obou energií pro ureteroskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK) i perkutánní mini nefroskopie (miniPEK) – pro fragmentaci konkrementů v močových cestách (ledvině, močovodu a močovém měchýři).
- Funkčnost obou energií musí být zajištěna bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor.
- Přístroj musí mít funkci start/stop přímo z měniče v ruce operátéra, což má za následek snížení počtu nožních pedálů přímo na sále.
- Přístroj musí umožnit nastavení výkonu litotryptoru a úrovně odsávání přímo na měniči v ruce operátéra.
- Přístroj musí být instalován bez nutnosti stavebních úprav.
- Přístroj musí mít příslušenství resterilizovatelné parní sterilizací (134 °C).
- Přístroj musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz.
- Specifikace sond
 - Sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS musí mít odsávací kanál.
 - Sondy musí mít barevné označení pro snadné rozpoznání na sále.
 - Sondy musí být pro resterilizovatelné bez omezení počtu použití.
- Součást dodávky



- 1 ks měniče pro dodání potřebných energií.
- 1ks momentového klíče pro aretaci sond na měnič.
- 2 ks resterilizovatelných sond pro přenos obou technologií pro PEK vč. odsávacího kanálu.
- 1 ks resterilizovatelné sondy pro přenos obou technologií pro miniPEK vč. odsávacího kanálu.
- 2 ks resterilizovatelných sond pro přenos obou technologií pro URS vč. odsávacího kanálu.
- 1 ks drátěného sterilizačního kontejneru s plastovou aretací pro měnič.
- Pravidelné prohlídky a servis
 - Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
 - Zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
 - Zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje
 - Délka záruky minimálně 24 měsíců

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, Urologická klinika
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 11/2019

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 4. 10. 2019 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat



- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek),
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců,
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.,
- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce a dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma,
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje v délce min 8 let,
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů,
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity),
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,
- ✓ souhlas dodavatele se splatností faktur 60 dnů,
- ✓ souhlas uchazeče se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek