

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 10. 10. 2019

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
k veřejné zakázce s názvem „Snímání CO v rozvodu medicínálního stlačeného vzduchu“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9. 10. 2019

Dotaz:

Žádáme Vás o vyjasnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Snímání CO v rozvodu medicínálního stlačeného vzduchu“.

Bude zadavatel hodnotit i nabídky, které nesplňují všechny podrobně vyspecifikované požadavky?

Některé zadavatelem určené specifikace považujeme za nevyužitelné pro daný účel. Z tohoto důvodu by pro investora mohly znamenat zbytečné navýšení pořizovacích nákladů. Nabízíme pravděpodobně levnější variantu, která splňuje všechny požadavky stanovené:

- normou ČSN EN ISO 7396-1 ed. 2
- předpisem SÚKL LEK-15
- zákonem č. 378/2007 Sb.

Odpověď:

Nabídka, která nesplní jednotlivé vyspecifikované požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, nebude posuzována. Taková nabídka není porovnatelná s ostatními doručenými nabídkami.