



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-001188 s názvem:

## „Instrumentárium pro ORTOP“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892  
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: [pavel.dockal@fnol.cz](mailto:pavel.dockal@fnol.cz)

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka instrumentária pro Ortopedickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Specifikace předmětu zakázky je patrná z přílohy č. 3 – Splnění minimálních technických podmínek

Požadované nástroje jsou specifikovány dle katalogu výrobce KARL STORZ.

Použití firemních názvů, katalogových čísel či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných nástrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto nástrojů. Je možné nabídnout jakékoliv jiné nástroje, které mají rovnocenné vlastnosti a splňují požadovaný specifický účel a kompatibilitu s instrumentáriem výrobce „KARL STORZ“. Týká se katalog. čísel výrobce KARL STORZ uvedených v tabulce – viz příloha č. 1 (tj. k. č. 28731 BWA, 28130 CR, 28130 BT).

3. Technická specifikace:

a ) Optika rigidní, úhel pohledu 30°, prům. 4 mm, pracovní délka 18 cm

- Optika kompatibilní se stávajícím instrumentáriem KARL STORZ na Ortopedické klinice
- Optika nová, nikoliv demo, repasovaná nebo jakkoliv již dříve použitá
- Vodotěsná konstrukce
- Sterilizovatelná v autoklávu při 134°C
- Optika má ochrannou krytku

b ) Pouzdro arthroskopické (High-Flow Arthroscopie Sheath), se západkovým spojovacím mechanismem snap-in, průměr 6 mm, pracovní délka 13,5 cm, 2 uzavírací kohouty, otočný

- Pouzdro kompatibilní se stávajícím instrumentáriem KARL STORZ na ORTOP FNOL - viz tabulka výše
- Pouzdro nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité
- Sterilizovatelné v autoklávu při 134°C

c ) Obturátor - semisharp

- Obturátor semisharp, kompatibilní se stávajícím instrumentáriem KARL STORZ na Ortopedické klinice
- Obturátor nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý
- Sterilizovatelný v autoklávu při 134°C



- Nástroje musí být určeny pro opakované použití, musí být odolné vůči dezinfekci a sterilizaci. Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení jejich kvality.
- Nástroje musí být nové, nepoužité a nerepasované.
- Nástroje musí být vyrobeny z medicínské nerezavějící oceli min. standard X20Cr13.
- U nabízených nástrojů je nutná materiálová shoda (kompatibilita), tj. materiál všech nabízených nástrojů musí pocházet od jednoho výrobce.
- Nástroje, které jsou zdravotnickými prostředky musí být opatřeny CE značkou v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.
- Na nabízené nástroje, které jsou zdravotnickými prostředky, musí být vydáno a doloženo prohlášení o shodě.
- Nabízené nástroje musí mít ergonomický tvar, opracované, hladké, zaoblené hrany.
- Branže nástrojů musí mít hladký jemný povrch, aby nedocházelo k traumatizaci tkání.
- Nabízené nástroje nesmí odrážet při chir. zákroku světlo.
- Každý jednotlivý nástroj bude při dodání zadavateli označen katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaný laserem (dle EN 9132), velikost min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo
- Součástí dodávky nástrojů bude bezplatné zajištění oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů zdarma po celou dobu záruky. Účastník uvede ve své nabídce kontaktní údaje autorizované osoby provádějící servis dodaných nástrojů.
- Zajištění rychlého, kvalitního záručního servisu, možnost opravy výměnou za novou optiku
- Součástí dodávky musí být návod na obsluhu k nabízeným nástrojům v ČJ 1 x v listinné podobě, 1 x na CD v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Návod musí obsahovat informace o správném použití nástroje (určený účel, doporučený způsob ošetření po použití včetně dekontaminace, dezinfekce, sterilizace). V případě, že výrobce stanovil, že pro bezpečné používání nabízeného zboží není návod k použití potřeba, účastník ve své nabídce tuto skutečnost doloží čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat za účastníka, v tomto případě při dodávce nástrojů dodá informace o správném použití a ošetřování nástroje.
- Součástí nabídky musí být popis a vyobrazení nabízeného zboží
- Účastník ve své nabídce uvede identifikační údaje výrobce nabízených nástrojů – včetně přesné adresy.
- Snadná údržba, čištění
- Prohlášení o shodě, CE certifikát
- Uživatelský manuál v ČJ
- Záruka min. 24 měsíců
- Účastník veřejné zakázky, který předloží nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, může být vyzván k bezplatnému dodání referenčních vzorků k ověření pravdivosti v nabídce uvedených technických specifikací. Tento vzorek musí být dodán do 14 dnů od písemné výzvy zadavatele. Vzorky již musí být označeny 2D kódem. Bude se ověřovat shoda s požadavky technické specifikace, správná funkčnost nástrojů a čitelnost datamatrixového kódu za plného provozu. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

#### 4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Sklad zdravotnických prostředků

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 6/2019



#### 5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22. 11. 2018 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele ([www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol](http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol)).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

#### 6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena v Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou.

Nabídková cena bude stanovena za celý rozsah předmětu plnění tj. za celé předpokládané množství. Tuto nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškerých nákladů souvisejících s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovního, balného, přepravních nákladů, dodání na místo plnění apod.

Daně z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

#### 7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat jménem účastníka uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán.

#### 8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ Doplněnou Přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny..
- ✓ Doplněnou Přílohu č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny.
- ✓ Doplněnou Přílohu č. 3 – Splnění minimálních technických podmínek.
- ✓ Návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 4 této výzvy.
- ✓ Délku záruční doby minimálně 24 měsíců.
- ✓ CE, prohlášení o shodě (Declaration of conformity).
- ✓ Popis a vyobrazení nabízeného zboží.
- ✓ Identifikační údaje výrobce nabízených nástrojů včetně přesné adresy.



9. Ostatní podmínky

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
- ✓ Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,  
Obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I.P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- Příloha č. 2 – Splnění minimálních technických podmínek
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 4 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě