

Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-001122 s názvem:

„Vyšetřovací jednotka s elektrokoagulací, odsáváním a nosním sprejem“**1. Informace o zadavateli**

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a poskytování záručního a pozáručního servisu 2 kusů vyšetřovací ORL jednotky s elektrokoagulací pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku včetně provedení zaškolení personálu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 1.415.000,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládané hodnota za pořízení a dodávku 2ks vyšetřovacích ORL jednotek s elektrokoagulací, odsáváním a nosním sprejem ve výši 1.390.000,- Kč bez DPH je stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady a náklady na případnou další instruktáž) poskytovaný po dobu předpokládané životnosti přístrojů v délce 8 let ve výši 25.000,- Kč bez DPH je stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena.

3. Specifikace**3.1. Vyšetřovací ORL jednotky**

- Příklad musí mít minimálně 2 světelné zdroje studeného světla typu LED s ekvivalentním výkonem minimálně ke 150 W halogenové výbojce pro připojení světlovodného kabelu nebo čelního světla a možností volby umístění na minimálně 2 místech přístroje vpravo/vlevo dle výběru uživatele.
- Příklad musí mít držák čelního světla s automatickým zapínáním/vypínáním a možností volby umístění na minimálně 2 místech přístroje vpravo/vlevo dle výběru uživatele.
- Příklad musí mít proplach ucha s teplotou vody 37°C s tolerancí maximálně $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Příklad musí mít odsávací hadici sekretu s výkonem minimálně 40 l/min a pod tlakem maximálně v rozsahu 0-0,9 bar napojenou k automaticky vyprazdňované a čištěné nádobě na sekret s objemem minimálně 1,5 l.
- Příklad musí mít rukojeť stlačeného vzduchu pro aplikaci léčiv.
- Příklad musí mít integrovaný ohřev zrcátek.
- Příklad musí mít brzditelná kolečka pro posun ve vyšetřovně.
- Příklad musí mít minimálně 4 vysouvací zásuvky a minimálně 3 poličky na odkládání nástrojů, kde minimálně 2 poličky musí být chráněny pevným zasouvatelem krytem.
- Příklad musí být umístěn v prostoru s maximální šířkou 130 cm a hloubkou 65 cm, bude organizována prohlídka místa plnění, umístění přívodů a odpadu na zdi – přesné rozměry si uchazeč musí zaměřit vlastními silami, udané rozměry jsou pouze orientační.
- Příklad musí být napájen 230V/50Hz.
- Příklad se musí připojit na běžnou vodovodní přípojku studené vody s tvrdostí vody 2,62 mmol/l (14,7°dH) a tlakem 200-500 kPa (2-5 bar) a odpad ve variantě do stěny.

- Součástí dodávky je barevná kombinace přístroje, která bude dodavatelem konzultována a schválena uživatelem, výběr musí být ze vzorníku minimálně 10 barev.

3.2. Vyšetřovací křeslo

- Přístroj musí mít vyšetřovací křeslo s nosností minimálně 150 kg.
- Vyšetřovací křeslo musí mít minimálně 4 samostatně ovladatelné sekce (hlava, opěradlo, sedák a opěrka na nohy) pro polohování pacienta vsedě i vleže.
- Vyšetřovací křeslo musí mít područky na obou stranách.
- Vyšetřovací křeslo musí mít funkci rotace minimálně s rozsahem 5-90°, funkci nastavení výšky sedací plochy minimálně v rozsahu 52 - 71 cm elektricky pomocí nožního ovladače a funkci plynulého nastavení sklonu opěradla hydraulicky nebo elektricky.
- Vyšetřovací křeslo musí být pojízdné s možností zabrzdění minimálně 2 koleček.
- Vyšetřovací křeslo musí být napájeno 230V/50Hz samostatným přívodem.
- Povrch vyšetřovacího křesla musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky.
- Součástí dodávky je barevná kombinace křesla, která bude dodavatelem konzultována a schválena uživatelem, výběr musí být ze vzorníku minimálně 10 barev.

3.3. Mikroskop

- Přístroj musí mít binokulární mikroskop s nastavitelnými okuličky a úpravou dioptrií.
- Mikroskop musí mít minimálně 3-krokové zvětšení v minimálním rozsahu 5-10 krát a možnost ručního jemného zaostřování.
- Mikroskop musí mít zdroj studeného světla typu LED s maximálním výkonem ekvivalentním minimálně ke 100 W halogenové výbojce a možností nastavení intenzity osvětlení minimálně v rozsahu 40-100%.
- Mikroskop musí být připevněn k přístroji pomocí stativu.
- Mikroskop musí být napájen 230V/50Hz samostatným přívodem.

3.4. Elektrokoagulace

- Součástí každého přístroje musí být elektrokoagulace s výkonem monopolárního módu minimálně 50 W, s minimálně 4 monopolárními a 1 bipolárním módem, vhodná pro připojení jak jednorázových, tak opakovatelně použitelných neutrálních elektrod, která musí být napájena 230V/50Hz samostatným přívodem.
- Součástí každé elektrokoagulace musí být příslušenství: nožní spínač, opakovatelně použitelná neutrální elektroda a startovací balík jednorázových neutrálních elektrod, dále resterilizovatelné komponenty: monopolární elektroda („nůž“) s držákem, minimálně 5 ks bipolárních bajonetových pinzet s kabely, kde alespoň 1 musí mít branže rovné s délkou maximálně 8 mm, alespoň 1 musí mít branže rovné s délkou minimálně 10 mm a alespoň 1 musí mít branže zahnuté s délkou maximálně 13 mm.

3.5. Součást dodávky

- V rámci dodávky musí být 6 ks světlovodného kabelu min. délky 1,5m kompatibilního s endoskopy výrobců minimálně Olympus a Storz, které jsou ve vlastnictví FNOL.V rámci dodávky musí být 2 ks pasivního čelního světla kompatibilní se světelnými zdroji vyšetřovací jednotky s automatickou aktivací při použití čelního světla.
- Součástí každého přístroje musí být nerezová nádoba na použité nástroje.
- Součástí dodávky a instalace každého přístroje musí být vhodné filtry úpravy vody z vodovodní přípojky studené vody s tvrdostí 2,62 mmol/l (14,7°dH) a tlakem 200-500 kPa (2-5 bar).
- Délka záruky minimálně 24 měsíců.

3.6. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky).

- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky).
- Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 12/2019

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 26. 11. 2019 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb včetně příloh v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek),
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců,
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.,
- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce a dle zákona 268/2014 Sb., po dobu záruky zdarma,
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje v délce min 8 let,
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele uživatelů,
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity),
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně komplectace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,
- ✓ souhlas dodavatele se splatností faktur 60 dnů,
- ✓ souhlas uchazeče se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek