



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.2.202/19

NAŠE ZNAČKA
VZ-2019-001236 611-9/19

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
26/11/19

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Elektrodermatom“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Elektrodermatom“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika elektrodermatomu pro Oddělení plastické a estetické chirurgie:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu elektrodermatomu - elektrického nástroje pro odběr velmi tenkých kožních štěpů, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání nástroje na Oddělení plastické a estetické chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace elektrodermatomu pro Oddělení plastické a estetické chirurgie:

- ✓ 1 kus elektrického nástroje pro odběr velmi tenkých kožních štěpů (elektrodermatomu) pro Oddělení plastické a estetické chirurgie
- ✓ elektrodermatom musí zajišťovat plynulý řez a odběr čistého a homogenního štěpu jak u dospělých, tak i pediatrických pacientů
- ✓ přístroj musí mít nastavitelný počet cyklů za minutu minimálně v intervalu 5000 – 5500 cyklů / minutu



- ✓ přístroj musí umožňovat přesný řez minimálně až do tloušťky 0,75 mm s možností nastavení kroku po maximálně 0,05 mm
- ✓ šířka čepele se musí pohybovat v rozsahu minimálně 2,5 – 10 cm s nastavitelným zvětšením minimálně ve čtyřech šířkách
- ✓ přístroj musí disponovat bezpečnostním prvkem proti náhodné aktivaci
- ✓ přístroj musí mít bezúdržbový motor
- ✓ čepele musí být použitelné bez aplikace maziv
- ✓ cena za spotřební materiál k provedení 1 výkonu
- ✓ snadné a intuitivní ovládání, snadná údržba a čištění přístroje
- ✓ přístroj musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců

1.3. Technická specifikace příslušenství k elektrodermatomu pro Oddělení plastické a estetické chirurgie:

- ✓ součástí dodávky musí být 1 kus elektrického napájecího zdroje včetně napájecího kabelu
- ✓ součástí dodávky musí být 100 kusů čepelí s maximální expirací (tzn. nové, neskladované)
- ✓ uveďte cenu za nabízené balení čepelí s počtem kusů v balení a cenou za jeden kus
- ✓ součástí dodávky musí být sterilizační síto pro provádění sterilizace všech komponent

1.4. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž elektrodermatomu pro Oddělení plastické a estetické chirurgie:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.5. Náklady na pravidelné prohlídky a servis elektrodermatomu pro Oddělení plastické a estetické chirurgie:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě



2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Oddělení plastické a estetické chirurgie
předpoklad realizace do 12/2019

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Elektrodermatom“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně komplectace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů



- ✓ uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 8:30 dne 10. 12. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Elektrodermatom**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Elektrodermatom“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Elektrodermatom“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Elektrodermatom“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Elektrodermatom“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy na spotřební materiál k VZMR „Elektrodermatom“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc