FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	DATUM
INV. PLÁN 2.3.444/20	VZ-2020-000043 021-9/20	NOVÁK/588442873	9/1/2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Cívky k magnetickému stimulátoru“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Cívka k magnetickému stimulátoru“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika cívky k magnetickému stimulátoru pro Neurologickou kliniku:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu TMS cívky k magnetickému stimulátoru, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace cívky k magnetickému stimulátoru pro Neurologickou kliniku:

- ✓ 1 kus cívky TMS C-100 kompatibilní s magnetickým stimulátorem MagPro X100 používaný na pracovišti Neurologické kliniky nebo dodání kompletně nového systému pro transkraniální magnetickou stimulaci

- ✓ cívka musí být cirkulární
- ✓ cívka nesmí vyžadovat chlazení
- ✓ cívka musí umožňovat nastavení intenzity stimulace přímo na cívce
- ✓ cívka musí umožňovat spuštění stimulace pomocí tlačítka na cívce
- ✓ šířka pulzu musí být maximálně 280 µs bifázicky
- ✓ vnitřní průměr vinutí cívky musí být maximálně 20 mm
- ✓ vnější průměr vinutí cívky musí být maximálně 110 mm
- ✓ cívka musí mít maximálně 0,6 kg
- ✓ cívka musí být schopna dodat minimálně 400 pulzů při okolní teplotě +20 °C
- ✓ cívka musí mít kabel dlouhý maximálně 1,7 m
- ✓ cívka k magnetickému stimulátoru musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
- ✓ zajištění pravidelné PBTK jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
- ✓ snadná obsluha a údržba cívky k magnetickému stimulátoru

1.3. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž cívky k magnetickému stimulátoru pro Neurologickou kliniku:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.4. Náklady na pravidelné prohlídky a servis cívky k magnetickému stimulátoru pro Neurologickou kliniku:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Neurologická klinika
předpoklad realizace do 2/20209

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.
U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah ± 10%

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.
Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.
Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Cívka k magnetickému stimulátoru“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná,** bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu,** likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 13:00 dne 27. 1. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu **„Cívka k magnetickému stimulátoru“** s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Cívka k magnetickému stimulátoru“ naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Cívka k magnetickému stimulátoru“ naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Cívka k magnetickému stimulátoru“ naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Cívka k magnetickému stimulátoru“ naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc