



## Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE  
INV. PLÁN 2.2.233/20

NAŠE ZNAČKA  
VZ-2020-000041 001-9/20

VYŘIZUJE / LINKA  
NOVÁK/588442873

DATUM  
9/1/2020

### **Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Zákrokového stolu“**

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

#### **Předmět zakázky**

### **„Zákrokový stůl“**

#### **1. Technické požadavky**

1.1. Charakteristika zákrokového stolu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu zákrokového stolu, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace zákrokového stolu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku:

- ✓ 1 kus zákrokového stolu k provádění zákroků a ošetření pacientů jak v poloze vleže, tak i v poloze vsedě na pracovišti Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
- ✓ zákrokový stůl musí mít minimální rozměr ložné plochy 60 x 190 cm
- ✓ zákrokový stůl musí mít elektrické konstrukční provedení



- ✓ zákrokový stůl musí umožnit elektrické polohování jednotlivých segmentů do pozice křesla
- ✓ zákrokový stůl musí mít elektricky stavitelnou výšku ložné plochy v minimálním rozmezí 65 až 90 cm
- ✓ zákrokový stůl musí mít elektricky ovládané polohování stolu do pozice Trendelenburg pomocí elektropohonu (minimálně 0° až -20°)
- ✓ zákrokový stůl musí být tvořen minimálně čtyřmi segmenty - hlavový, zádový, sedací a nožní
- ✓ zákrokový stůl musí mít minimálně tři segmenty – zádový, sedací a nožní – se samostatně elektricky ovládaným polohováním pomocí elektromotorů
- ✓ zákrokový stůl musí mít zádový segment nastavitelný minimálně v rozsahu 0° až +70°
- ✓ zákrokový stůl musí mít sedací segment nastavitelný minimálně v rozsahu 0° až +20°
- ✓ zákrokový stůl musí mít nožní segment nastavitelný minimálně v rozsahu 0° až -80°
- ✓ zákrokový stůl musí mít hlavový segment nastavitelný manuálně pomocí plynové pružiny minimálně v rozsahu  $\pm 25^\circ$
- ✓ zákrokový stůl musí mít umožnit současné ovládání pomocí ručního ovladače a nožního pedálu, přičemž oba ovladače musí být součástí dodávky zákrokového stolu
- ✓ zákrokový stůl musí mít eurolišty po obou stranách zádového a sedacího segmentu
- ✓ zákrokový stůl musí mít po obou stranách nastavitelnou podpěru ruky na infuzi
- ✓ zákrokový stůl musí mít jeden infuzní stojan
- ✓ zákrokový stůl musí mít držák role hygienického papíru
- ✓ zákrokový stůl musí mít minimální nosnost 180 kg
- ✓ zákrokový stůl musí být pojízdný opatřený brzditelnými kolečky o průměru minimálně 75 mm umožňující transport stolu i s pacientem
- ✓ zákrokový stůl musí mít napájení 230 V/50 Hz prostřednictvím napájecího kabelu o minimální délce 2 metry
- ✓ zákrokový stůl musí být opatřen bodem přepětové ochrany pro upevnění zemnicího kabelu
- ✓ zákrokový stůl musí mít zemnicí žlutozelený kabel o minimální délce 2 metry opatřený nasunovatelnými kolíky
- ✓ zákrokový stůl musí být snadno omyvatelný a dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky
- ✓ zákrokový stůl musí mít kvalitní čalounění a koženku odolávající běžné dezinfekci (barva koženky bude následně upřesněna)
- ✓ zákrokový stůl musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
- ✓ zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
- ✓ snadná obsluha a údržba zákrokového stolu

### 1.3. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž zákrokového stolu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.



- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

#### 1.4. Náklady na pravidelné prohlídky a servis zábrokového stolu pro Kliniku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

## 2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc  
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.  
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

## 3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
předpoklad realizace do 2/20209

## 4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitečných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

**U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah  $\pm 10\%$**

## 5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

**Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutíž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.**

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.



Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

## 6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Zámkový stůl“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

## 7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 13:00 dne 27. 1. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Zámkový stůl**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc  
Odbor nákupu  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

### Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Zámkový stůl“  
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Zámkový stůl“  
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Zámkový stůl“  
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Zámkový stůl“  
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc