



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.4.187/20

NAŠE ZNAČKA
VZ-2020-0000129 031-9/20

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
5/2/2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Multifunkčních křesel“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Multifunkční křesla“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika multifunkčních křesel pro I. Interní kliniku:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 kusů multifunkčních křesel, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání přístroje na I. Interní klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace multifunkčních křesel pro I. Interní kliniku:

- ✓ 2 kusy multifunkčních elektricky polohovatelných křesel umožňující jejich variabilní použití při poskytování ošetrovatelských i terapeutických zákroků u pacientů jak v poloze vleže, tak i v poloze vsedě na pracovišti I. Interní kliniky
- ✓ multifunkční křesla musí mít minimální rozměr ložné plochy 60 x 210 cm
- ✓ multifunkční křesla musí mít elektrické konstrukční provedení
- ✓ multifunkční křesla musí umožnit elektrické polohování jednotlivých částí křesla
- ✓ multifunkční křesla musí mít nízkou nástupní výšku pro pohodlné usednutí pacienta



- ✓ multifunkční křesla musí mít elektricky stavitelnou výšku ložné plochy v minimálním rozmezí 50 až 95 cm
- ✓ multifunkční křesla musí mít elektricky ovládané polohování do pozice Trendelenburg pomocí elektropohonu (minimálně -12°)
- ✓ multifunkční křesla musí mít elektricky ovládané polohování do tzv. Fowlerovy polohy pomocí elektropohonu, která usnadňuje dýchání a napomáhá od bolesti
- ✓ multifunkční křesla musí být tvořena ložnou plochou s minimálně třemi dělenými segmenty - zádový, sedací a nožní
- ✓ multifunkční křesla musí mít minimálně tři segmenty – zádový, sedací a nožní – se samostatně elektricky ovládaným polohováním pomocí elektromotorů
- ✓ multifunkční křesla musí mít zádový segment nastavitelný min. v rozsahu 0° až +70°
- ✓ multifunkční křesla musí mít nožní segment elektricky nastavitelný
- ✓ multifunkční křesla musí mít ovládání pomocí ručního ovladače s přednastavenými základními funkcemi a zámkem, např. Trendelenburg
- ✓ multifunkční křesla musí mít rychle a jednoduše mechanicky nastavitelnou stabilní polohu CPR
- ✓ multifunkční křesla musí mít po obou stranách ergometrickou, otočnou a nastavitelnou loketní podpěrku ruky
- ✓ multifunkční křesla musí mít každé držák stolku
- ✓ multifunkční křesla musí mít každé jeden odnímatelný stolek
- ✓ multifunkční křesla musí mít každé držák kompaktní opěrky nohou
- ✓ multifunkční křesla musí mít každé jednu kompaktní odnímatelnou opěrku nohou
- ✓ multifunkční křesla musí mít každé držák infuzního stojanu
- ✓ multifunkční křesla musí mít každé jeden infuzní stojan
- ✓ multifunkční křesla musí mít za hlavou pacienta transportní madlo pro snadné ovládání při transportu
- ✓ multifunkční křesla musí mít zádový segment opatřený hlavovou opěrkou (podhlavníkem)
- ✓ multifunkční křesla musí mít držák role hygienického papíru
- ✓ multifunkční křesla musí mít minimální nosnost 180 kg
- ✓ multifunkční křesla musí být pojízdná, opatřena kolečky o průměru minimálně 100 mm s centrální brzdou, umožňující transport i s pacientem
- ✓ multifunkční křesla musí mít napájení 230 V/50 Hz prostřednictvím napájecího kabelu o minimální délce 2 metry s plastovým háčkem a ekvipotenciálním spojením
- ✓ multifunkční křesla musí být opatřena záložním zdrojem napájení (baterií) pro manipulaci a polohování křesel při transportu
- ✓ multifunkční křesla musí mít kryt podvozku pro snadné hygienické ošetřování
- ✓ multifunkční křesla musí být snadno omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými dezinfekčními prostředky
- ✓ multifunkční křesla musí mít kvalitní, měkké, bezešvé čalounění bakteriostatickou koženkou odolávající běžné dezinfekci (barva koženky oranžová – předložení barevného vzorku v nabídce)
- ✓ multifunkční křesla musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém jsou deklarovány jako zdravotnický prostředek
- ✓ zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- ✓ minimální délka záruky na přístroj musí být 24 měsíců
- ✓ snadná obsluha a údržba multifunkčních křesel



1.3. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž multifunkčních křesel pro I. Interní kliniku:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.4. Náklady na pravidelné prohlídky a servis multifunkčních křesel pro I. Interní kliniku:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – I. Interní klinika
předpoklad realizace do 3/2020

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.



Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Multifunkční křesla“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:00 dne 21. 2. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Multifunkční křesla**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Multifunkční křesla“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Multifunkční křesla“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Multifunkční křesla“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Multifunkční křesla“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc