



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-000270 s názvem:

„Příslušenství operačního stolu“

1. Informace o zadavateli

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu příslušenství k operačnímu stolu Maquet 1150 pro Ortopedickou kliniku a to dle níže uvedených minimálních technických podmínek včetně provedení školení personálu

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 495 000,00 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena.

3. Technické požadavky

3.1. Specifikace pohyblivého ramena

- ✓ 1ks pohyblivého ramena, multikloubového
- ✓ Rameno musí být možné připojit na standardní euro lištu k operačnímu stolu Maquet 1150
- ✓ Rameno musí být plně pohyblivé po stisknutí jediného aretačního tlačítka (páčky)
- ✓ Rameno musí mít minimálně 6 kloubů, které zajistí jeho vysokou variabilitu pohybů
- ✓ Rameno musí být plně funkční bez použití zdrojů energie (např. elektrické, pneumatické, atd.)
- ✓ Rameno musí odolat každodenní dezinfekci

3.2. Specifikace adaptéru k pohyblivému rameni

- ✓ 1ks adaptéru k pohyblivému rameni (vyspecifikováno výše)
- ✓ Adaptér musí být plně kompatibilní s pohyblivým ramenem
- ✓ Adaptér musí být možné sterilizovat
- ✓ Adaptér musí odolat každodenní dezinfekci

3.3. Specifikace podpěry předloktí

- ✓ 1ks podpěry předloktí
- ✓ Podpěra musí být plně kompatibilní s adaptérem k pohyblivému rameni (vyspecifikováno výše)
- ✓ Podpěra musí být možné sterilizovat
- ✓ Podpěra nesmí být určeno na jedno použití
- ✓ Podpěra musí odolat každodenní dezinfekci

3.4. Specifikace podpěry předloktí jednorázové

- ✓ 6ks jednorázových podpěr předloktí
- ✓ Jednorázové podpěry musí být plně kompatibilní s adaptérem k pohyblivému rameni (vyspecifikováno výše)

3.5. Specifikace desky pro operaci ramene



- ✓ 1ks desky pro operaci ramene
- ✓ Deska musí mít na sobě umístěnou standardní euro lištu
- ✓ Deska musí mít takové upevnění, aby bylo možné sním pohybovat pomocí motorů, které jsou již součástí stolu Maquet 1150
- ✓ Deska musí odolat každodenní dezinfekci

3.6. Specifikace helmy k desce pro operace ramene

- ✓ 1ks helmy k desce pro operace ramene
- ✓ Helma musí být možné připojit na standardní euro lištu k operačnímu stolu Maquet 1150
- ✓ Helma musí mít měkké polstrování pro snížení tlaku na tělo pacienta
- ✓ U helmy musí být možné sklopit boční části
- ✓ Helma musí být využitelná pro různé velikosti pacientova těla
- ✓ Helma musí odolat každodenní dezinfekci

3.7. Specifikace stolku pod ruku

- ✓ 1ks stolku pod ruku
- ✓ Stolek musí být RTG transparentní
- ✓ Deska stolku musí mít minimálně šířku 360mm a délku minimálně 820mm
- ✓ Stolek musí být možné připojit na standardní euro lištu k operačnímu stolu Maquet 1150
- ✓ Stolek musí mít podpěru v podobě vertikální tyče s nastavitelnou výškou minimálně 700-1100 mm od podlahy
- ✓ Stolek musí mít takový mechanismus, aby při naklání stolu do pozic trendelenburg došlo ke stejnému náklonu i tohoto příslušenství

3.8. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- ✓ Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní) po dobu záruky zdarma
- ✓ Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (vše ostatní)
- ✓ Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

3.9. Obecné požadavky

- ✓ Délka záruky minimálně 24 měsíců
- ✓ Životnost zařízení minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Ortopedická klinika

Doba plnění: předpokládané datum podpisu smlouvy 4/2019

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 3. 2020 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).



Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy

Uchazeč doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu včetně příloh vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ vyplněnou tabulku přílohy č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek)
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně komplectace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 4 - Informace k elektronickému podání nabídek

Ing. Pavel Dočkal
63358