

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 3. 6. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem " Systém filtrační pro odstranění leukocytů II".

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 2. 6. 2020

Dotaz 1

Dobrý den,

v souladu s ust. § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zasíláme žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce vedené pod názvem „Systém filtrační pro odstranění leukocytů II“.

V příloze č. 4 Tabulka splnění minimálních tech. podmínek zadavatel požaduje, aby balení obsahovalo příbalový leták a certifikát od výrobce o kontrole kvality. Mohl by zadavatel vysvětlit, jaký certifikát má na mysli? Dle platné legislativy se zdravotnickým prostředkem zadavatel obdrží i návod k použití, ale v legislativě již není obsaženo, že balení mělo obsahovat nějaké další certifikáty. neměl zadavatel na mysli např. EC certifikát výrobce, který deklaruje kvalitu výrobních procesů? Pokud ano, bude zadavatel akceptovat předložení takové dokumentu v nabídce, nikoli v každém balení?

Odpověď 1

Jedná se o EC certifikát výrobce. Zadavatel bude akceptovat předložení tohoto dokumentu v nabídce a připojení informace o dostupnosti k ověření platnosti v budoucnu (např. webová stránka společnosti)

Dotaz 2

V příloze č.2 Cenové ujednání zadavatel požaduje doplnit rozměry včetně uvedení jednotek, mohl by zadavatel tento požadavek blíže upřesnit?

Odpověď 2

Zadavatel netrvá na uvedení rozměrů včetně jednotek do Přílohy č. 2 – Cenové ujednání. Nedílnou součástí Vysvětlení č. 1 je upravená příloha č. 2 – Cenové ujednání (verze03062020).

Zadavatel současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 9. 6. 2020 do 10 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Cenové ujednání (verze03062020)

