



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
VZ-2020-000538

NAŠE ZNAČKA
181-9/20-KN

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
25/5/20

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Stojanu s miskou na ohřev aplikačních roztoků“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika stojanu s miskou na ohřev aplikačních roztoků:

Požadujeme dodání, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu stojanu s miskou pro ohřev aplikačních roztoků včetně příslušenství pro Centrální operační sály a sterilizaci Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická stojanů s miskou na ohřev aplikačních roztoků:

- ✓ 1 kus stojanu s miskou pro ohřev aplikačních roztoků na požadovanou teplotu pro Centrální operační sály a sterilizaci
- ✓ přístroj pro ohřev aplikačních roztoků se musí skládat z pojízdného stojanu, vyhřívacího tělesa s regulací teploty a samostatné nerezové misky
- ✓ přístroj musí mít ohřev zajištěn pomocí topného tělesa s plynulou regulací teploty



- ✓ přístroj musí mít nastavitelnou teplotu v minimálním rozmezí +30 – +60 °C
- ✓ přístroj musí mít topné těleso opatřeno termostaty zajišťující bezpečnost přístroje proti přehřátí
- ✓ přístroj musí provádět kontrolu provozních parametrů a správné funkce přístroje
- ✓ nerezový stojan musí být výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 100 – 120 cm
- ✓ nerezový stojan musí mít minimálně pětiramennou základnu zajišťující dobrou stabilitu
- ✓ nerezový stojan musí mít antistatická pojezdová kolečka, z toho minimálně dvě opatřená brzdou
- ✓ miska musí být zhotovena z kvalitního nerezového materiálu, minimálně nerezové oceli 18/10, odolávajícího dezinfekci a sterilizaci
- ✓ miska musí mít zesílené dno pro zajištění tepelné stability
- ✓ miska musí mít minimální rozměry cca ø 250 x 100 mm a objem minimálně 4 litry
- ✓ miska musí být snadno odnímatelná a resterilizovatelná
- ✓ součástí dodávky každého stojanu s miskou na ohřev aplikačních roztoků musí být napájecí zdroj, který se připojuje do běžné elektrické zásuvky 230 V / 50 Hz
- ✓ napájecí zdroj musí mít minimálně 4 metry dlouhý napájecí kabel
- ✓ součástí dodávky musí být veškeré příslušenství nutné pro provoz stojanů s miskou na ohřev aplikačních roztoků
- ✓ zajištění pravidelné PBTK jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma, je-li vyžadována
- ✓ stojany s miskou na ohřev aplikačních roztoků musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
- ✓ jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba

1.3. Náklady na pravidelné prohlídky a servis stojanu s miskou na ohřev aplikačních roztoků:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Centrální operační sály a sterilizace
předpoklad realizace do 6/2020



4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo předvedení a zapůjčení předmětu zadání VZMR nabízeného uchazečem.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb. a zaškolení technika OBMI pro základní servisní údržbu dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., atd.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách



7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 11:30 dne 8. 6. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny „Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků“ naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc

Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Stojan s miskou na ohřev aplikačních roztoků“

naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc