



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
VZ-2020-000603

NAŠE ZNAČKA
221-9/20-KN

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
10/6/20

**Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Elektrických
odsávaček sekretu II.“**

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Elektrické odsávačky sekretu II.“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika elektrických odsávaček sekretu pro Klinikou plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedickou kliniku, III. Interní kliniku, Hemato-onkologickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci:

- ✓ 8 kusů elektrických odsávaček sekretu (3x PLICNÍ, 2x ORT, 1x III. IK, 1x HOK, 1x COSS)
- ✓ elektrické odsávačky sekretu s bezúdržbovým sacím agregátem na principu vývěvy
- ✓ odsávačky musí mít sací výkon minimálně 40 litrů za minutu
- ✓ odsávačky musí mít maximální nastavitelný podtlak alespoň 90 kPa, 600 mmHg
- ✓ odsávačky musí mít manometr s barevným označením optimálního sání
- ✓ odsávačky musí mít regulátor podtlaku (vakua)
- ✓ odsávačky musí mít minimálně dvojitou ochranu proti přesátí agregátu
- ✓ 3 kusy odsávaček musí umožnit provádět drenáže vykonávané při intenzivní péči, hrudní a břišní chirurgii
- ✓ 3 kusy odsávaček musí mít minimální rozsah podtlaku při hrudní drenáži 40 cmH₂O
- ✓ 3 kusy odsávaček musí umožnit provádění drenáže i při plném výkonu odsávání



- ✓ odsávačky musí být uzpůsobeny pro nepřetržitý nemocniční provoz na operačním sále
- ✓ odsávačky musí mít spolehlivý sací agregát s tichým chodem
- ✓ odsávačky musí mít tichý chod – maximální přípustná hlučnost 40 dB
- ✓ odsávačky musí být uzpůsobeny pro provoz při napájení elektrickým proudem 220V
- ✓ součástí každé odsávačky musí být napájecí síťový kabel o minimální délce 3 metry
- ✓ součástí každé odsávačky musí být uzemňovací kabel o minimální délce 3 metry
- ✓ součástí každé odsávačky musí být pojízdný stojan s brzděnými kolečky a s integrovanou eurolištou pro uchycení odsávacích lahví na čelní a bočních stranách
- ✓ součástí každé odsávačky musí být držák lahve, láhev o min. objemu 2,0 l s víčkem
- ✓ součástí 5 ks odsávacích musí být 2 ks držáků lahví a 2 ks lahví o min. objemu 2,0 l s víčkem
- ✓ součástí 5 ks odsávacích musí být přepínač plnění lahví
- ✓ součástí 4 ks odsávacích musí být držák na zásobník katétrů včetně zásobníku (toulce)
- ✓ součástí 3 ks odsávacích musí být příslušenství pro hrudní sání a drenáže
- ✓ součástí 3 ks odsávacích musí být dvojitý vodní limitní ventil pro hrudní sání a drenáže
- ✓ součástí každé odsávačky musí být držák košíku včetně odkládacího košíku
- ✓ součástí každé odsávačky musí být kompletní silikonový odsávací okruh na více použití s antibakteriálním filtrem chránícím proti přesátí
- ✓ zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- ✓ odsávačka musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
- ✓ jednoduchá obsluha a ovládání přístroje, snadná údržba

1.2. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž elektrických odsávacích sekretů pro Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedickou kliniku, III. Interní kliniku, Hemato-onkologickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014 Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.3. Náklady na pravidelné prohlídky a servis elektrických odsávacích sekretů pro Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedickou kliniku, III. Interní kliniku, Hemato-onkologickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTk včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě



2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Ortopedická
klinika, III. Interní klinika, Hemato-onkologická klinika a Centrální operační sály a
sterilizace
předpoklad realizace do 6/2020

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude
zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných
vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTk po dobu životnosti přístroje,
která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou
závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

**Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž
smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2
ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.**

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče
vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění
podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Elektrické
odsávačky sekretu II.“)



- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:00 dne 18. 6. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Elektrické odsávačky sekretu II.**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Elektrické odsávačky sekretu II.“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Elektrické odsávačky sekretu II.“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Elektrické odsávačky sekretu II.“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Elektrické odsávačky sekretu II.“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc