



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.2.283/20

NAŠE ZNAČKA
VZ-2020-000607 221-7/20

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
9/6/2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Centrální monitorovací stanice“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Centrální monitorovací stanice“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika centrální monitorovací stanice pro Hemato-onkologickou kliniku:

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 kusu centrální monitorovací stanice, včetně veškerého požadovaného příslušenství a zaškolení personálu k používání stanice na Hemato-onkologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.



1.2. Technická specifikace centrální monitorovací stanice pro Hemato-onkologickou kliniku:

- ✓ 1 kus centrální stanice, která musí umožnit připojit minimálně 6 pacientů s možností rozšíření až na minimálně 32 pacientů
- ✓ centrální monitorovací stanice musí být kompatibilní s HW a SW monitorovací techniky vitálních funkcí na pracovišti Hematoonkologické kliniky JIP B (monitor patientský Philips IntelliVue) nebo musí být dodán kompletně nový systém HW a SW se souvisejícími nutnými instalačními pracemi, skládající se z centrální stanice, monitorů vitálních funkcí a příslušenství pro monitoraci 6 hospitalizovaných pacientů
- ✓ centrální stanice musí disponovat režimem současného zobrazení všech monitorů, kde musí minimálně zobrazovat křivky - EKG, SpO₂ a číselné parametry NBP, HR, SpO₂, respirace
- ✓ centrální stanice musí mít funkci detailního režimu zobrazení všech dat vybraného monitoru
- ✓ centrální stanice musí mít funkci zadání základních údajů o pacientovi
- ✓ centrální stanice musí mít funkci dálkového nastavení patientských monitorů např. alarmy, limity, režimy, stand by, atd.
- ✓ centrální stanice musí mít funkci přehledového režimu, ve kterém musí umět individuální nastavení zobrazení v jednotlivých patientských sektorech
- ✓ centrální stanice musí mít funkci automatické minimalizace neaktivního patientského sektoru (vypnutý lůžkový monitor, režim stand by, atd.)
- ✓ centrální stanice musí mít funkci zobrazení, prohlížení, vyhodnocování a ukládání alarmů, tisk alarmových událostí včetně křivek, tisk trendů a také tisk z připojených monitorů
- ✓ centrální stanice musí mít funkci dohledání protokolu alarmů zpětně minimálně v počtu 90 alarmů
- ✓ centrální stanice musí mít paměť na patientská data minimálně 7 dnů nazpět včetně plnohodnotného rozkrytí minimálně 8 křivek
- ✓ centrální stanice musí mít funkci webového přístupu k patientským hodnotám pomocí internetového prohlížeče
- ✓ centrální stanice musí mít funkci mobilního přístupu, který umožní prohlížení patientských hodnot pomocí mobilního telefonu či tabletu (operační systémy IOS nebo Android nebo Windows)
- ✓ centrální stanice musí mít funkci exportu dat ve standardním protokolu HL7
- ✓ centrální stanice musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarovaný jako zdravotnický prostředek
- ✓ zajištění pravidelné PBTk jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma
- ✓ minimální délka záruky na centrální monitorovací stanici musí být 24 měsíců
- ✓ životnost centrální monitorovací stanice musí být minimálně 8 let
- ✓ snadná obsluha a údržba centrální monitorovací stanice



1.3. Specifikace příslušenství k centrální monitorovací stanici pro Hemato-onkologickou kliniku:

- ✓ součástí dodávky musí být hlavní displej o minimální velikosti v rozmezí 24" - 27", umístěn na zdi na otočné a výklopné rameno, které je také součástí dodávky
- ✓ součástí dodávky musí být laserová LAN tiskárna kompatibilní s centrální stanicí, typ tiskárny musí být HP LaserJet, musí obsahovat porty USB a LAN
- ✓ součástí dodávky musí být SWITCH pro připojení do stávajícího systému, kompatibilní s centrální stanicí, typ switche od výrobce CISCO, musí obsahovat minimálně 24 portů

1.4. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž centrální monitorovací stanice pro Hemato-onkologickou kliniku:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákonem 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/197 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma dle zákona 268/2014 Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory a náhradních dílů po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.5. Náklady na pravidelné prohlídky a servis centrální monitorovací stanice pro Hemato-onkologickou kliniku:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.



3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Hemato-onkologická klinika
předpoklad realizace do 7/2020

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Centrální monitorovací stanice“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.



- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:00 dne 26. 6. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Centrální monitorovací stanice**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Centrální monitorovací stanice“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Centrální monitorovací stanice“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Centrální monitorovací stanice“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Centrální monitorovací stanice“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc