



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
VZ-2020-000625

NAŠE ZNAČKA
231-9/20-KN

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
15/6/20

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Stolních automatických digitálních tonometrů se síťovým zdrojem“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem“

1. Technické požadavky

1.1. Charakteristika stolních automatických digitálních tonometrů se síťovým zdrojem:

Požadujeme dodání, instalaci a uvedení do provozu 61 kusů stolních automatických digitálních tonometrů se síťovým zdrojem včetně příslušenství pro kliniku a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

1.2. Technická specifikace stolních automatických digitálních tonometrů se síťovým zdrojem:

- ✓ 61 kusů stolních automatických digitálních tonometrů pro různá pracoviště, kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
- ✓ stolní digitální tonometry musí mít velký a přehledný třířádkový displej s dobře čitelnými znaky



- ✓ rozsah měření stolních digitálních tonometrů musí být u krevního tlaku minimálně v rozmezí 0 – 299 mmHg
- ✓ rozsah měření stolních digitálních tonometrů musí být u pulsu (tep) minimálně v rozmezí 40 – 180 / min.
- ✓ přesnost měření stolních digitálních tonometrů musí být u krevního tlaku ± 3 mmHg
- ✓ přesnost měření stolních digitálních tonometrů musí být u pulsu (tep) ± 5 % naměřené hodnoty
- ✓ stolní digitální tonometry musí být přenosné a musí umožnit minimálně 1000 měření během životnosti přiložených baterií
- ✓ stolní digitální tonometry musí mít funkci nevhodného pohybu při měření, kdy přístroj na tento pohyb upozorní a je tak nutné měření opakovat
- ✓ uveďte seznam šíře velikostí manžet k nabízenému tonometru včetně cen
- ✓ součástí každého tonometru musí být manžeta (pro obvod paže 22 - 42 cm)
- ✓ součástí každého tonometru musí být veškeré příslušenství nutné pro provoz tonometru, síťový zdroj napájení a alkalické baterie určené pro tento přístroj, případně cestovní pouzdro, je-li součástí přístroje
- ✓ přístroj musí být označen CE XXXX spolu s rokem výroby a musí být klasifikován dle evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC
- ✓ každý přístroj musí mít úřední ověření stanoveného měřidla
- ✓ zajištění pravidelné PBTK jedenkrát ročně po dobu záruky zdarma, je-li vyžadována
- ✓ minimální požadovaná délka záruky je 24 měsíců

1.3. Náklady na pravidelné prohlídky a servis stolních automatických digitálních tonometrů se síťovým zdrojem:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě

2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Sklad SZM, Ortopedická klinika, III. Interní klinika, Klinika chorob kožních a pohlavních, Hemato-onkologická klinika, Urologická klinika, Klinika nukleární medicíny, Dětská klinika, Radiologická klinika, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Klinika pracovního lékařství a Neurochirurgická klinika
předpoklad realizace do 7/2020



4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTk po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

U technických parametrů je stanoven toleranční rozsah $\pm 10\%$

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo předvedení a zapůjčení předmětu zadání VZMR nabízeného uchazečem.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem“)
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb. a zaškolení technika OBMI pro základní servisní údržbu dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., atd.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**



- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:00 dne 26. 6. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny „Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Stolní automatické digitální tonometry se síťovým zdrojem“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc