Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-000659 s názvem:

„Stomatologická souprava a 6 sad kompresorů"

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Dodávka, instalace a uvedení do provozu, poskytování záručního a pozáručního servisu pro 1 kus stomatologické soupravy a 6 sad kompresorů na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc, a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek, včetně provedení zaškolení personálu k užívání. Součástí je deinstalace a ekologická likvidace stávajících kompresorů.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části. Hodnotit se bude každá část samostatně.

Část	Název části
ČÁST I.	Stomatologická souprava
ČÁST II.	Kompresory

3. Specifikace

ČÁST I.

Stomatologická souprava

Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky malého rozsahu je 365.579,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku stomatologické soupravy je 330.579,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady a náklady na případnou další instruktáž) poskytovaný po dobu předpokládané životnosti přístroje v délce 8 let je 35.000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu, poskytování záručního a pozáručního servisu pro 1 kus stomatologické soupravy na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu k užívání.

3.1. Specifikace

Specifikace stomatologické soupravy

- Souprava s otočným plivátkem a samostatně stojícím křeslem pro pacienta, bez nutnosti kotvení soupravy do podlahy

- Horní vedení hadic nástrojů s možností aretace bičů (pracovní délka bičů nástrojů musí být alespoň 90 cm)
- Suché sání s integrovaným odlučovačem amalgamu v plivátkovém bloku
- Souprava musí být vybavena veškerým potřebným zařízením pro standardní dezinfekci vnitřních cest. Sací systém soupravy musí být možné čistit a dezinfikovat doporučeným přípravkem
- Souprava musí z důvodu bezpečnosti umožňovat přerušení práce zavedených savek okamžitě po sešlápnutí základny křesla v jakémkoliv místě
- Připojení na běžný vodovodní řád 200 - 500 kPa.
- Souprava musí mít ohřev vody pro pohárek
- Souprava musí umožnit kdykoliv uživatelskou záměnu laterality lékaře (pravoruká / levoruká)

Specifikace křesla zubní soupravy

- Samostatné a samonosné křeslo pacienta, nezávislé na těle jednotky
- Křeslo pacienta s nosností min. 185 kg v celém rozsahu pohybu křesla
- Minimální pracovní výška křesla musí být alespoň 360 mm
- Maximální pracovní výška křesla musí být alespoň 820 mm
- Ovládání křesla ze strany lékaře, sestry a také pomocí nožního ovládání
- Možnost uložení min. 5 poloh křesla pacienta
- Křeslo musí mít levou opěrku
- Křeslo musí být schopné jedním stištěním tlačítka napolohovat pacienta do Trendelenburghovy polohy
- Křeslo musí být polohovatelné i pro ošetření ležícího pacienta (při chirurgických zákrocích)
- Opěrka hlavy křesla musí být dvoukloubová

Specifikace operačního světla

- Operační světlo musí být typu LED
- Intenzita osvětlení (svítivost) musí být min. 35 000 luxů
- Zapínání a vypínání světla nesmí být řešeno bezdotykově (nesmí být možné světlo omylem vypnout vložením hlavy před snímací senzor)
- Možnost prostorového polohování světla

Specifikace vybavení na straně lékaře

- Ovládací panel s displejem, ovládáním pohybů křesla, instrumentů, plivátka, pohárku a osvětlení, s časovačem
- 5 obsazených pozic na straně lékaře:
  - 1. pozice: třífunkční stříkačka na straně lékaře (vzduch, voda, sprej)
  - 2. pozice: vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky
  - 3. pozice: bezuhlíkový LED světelný mikromotor, rozsah otáček 100 – 40 000 ot/min
  - 4. pozice: bezuhlíkový LED světelný mikromotor, rozsah otáček 100 – 40 000 ot/min
  - 5. pozice: ultrazvukový, LED světelný odstraňovač zubního kamene (OZK) se základní sadou minimálně 3 koncovek pro použití pracovních hrotů pro profylaxi, paradontologii, preparaci a endodoncii
- Rameno se dvěma odkládacími tácky
- Odmlžování zrcátek pomocí vzduchu z nástroje
- Stolek pro minimálně 6 nástrojů
- Možnost individuálního nastavení a uložení (polohy křesla, funkce a otáčky instrumentů) pro nejméně 5 lékařů

Specifikace vybavení na straně sestry

- Dodaná souprava musí být vybavena dvěma rovnými modrými světelnými LED násadci s převodem 1:1 s výměnným vodním mikrofiltrem a keramickými ložisky
- Dodaná souprava musí být navíc vybavena jedním zahnutým červeným světelným LED násadcem s převodem 1:5 s výměnným vodním mikrofiltrem a keramickými ložisky

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) po dobu záruky zdarma.
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky).
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.

Obecné požadavky

- Délka záruky na soupravu minimálně 24 měsíců, na mikromotor 36 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

ČÁST II.

Kompresory

Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky malého rozsahu je 575.454,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 6 ks sad kompresorů se savkou je 545.454,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady a náklady na případnou další instruktáž) poskytovaný po dobu předpokládané životnosti přístroje v délce 8 let je 30.000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka, uvedení do provozu, poskytování záručního a pozáručního servisu pro *4 sady* kompresorů se savkou v odhlučněné skříni určené do ordinace a schopné *suplovat každá po dvou stomatologických soupravách*, které jsou používány na KÚČOCH FNOL (KaVo Kerr - Estetica E50) a *2 sady* kompresorů se savkou v odhlučněné skříni určené do ordinace a schopné *suplovat každá po třech stomatologických soupravách*, které jsou používány na KÚČOCH FNOL (KaVo Kerr - Estetica E50)
Suplováním u jednoho kompresoru a savky rozumíme poskytování dostatečného tlaku/podtlaku pro souběžné užívání určeného počtu stomatologických souprav.
Součástí dodávky je instalace kompresorových jednotek na vymezená místa na ambulancích a pohotovosti Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie a jejich propojení se sousedícími stomatologickými soupravami. Vzdálenost nejvzdálenější soupravy od kompresoru nepřesáhne 15 m. Součástí dodávky je deinstalace a ekologická likvidace stávajících kompresorů na pracovišti.

3.2. Specifikace

Specifikace kompresoru

- Bezolejový kompresor
- Pracovní tlak kompresoru minimálně 6 bar
- Výkon kompresoru minimálně 135 l/min při 5 bar
- Objem vzdušníku minimálně 25 litrů
- Napájení 230 V / 50Hz

Specifikace savky
- Mokrá sací pumpa
- Průtok minimálně 1100 l/min
- Podtlak minimálně 12kPa

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) nebo 22/1997 Sb. (nezdravotnické přístroje) po dobu záruky zdarma.
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) nebo 22/1997 Sb. (nezdravotnické přístroje).
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje.

Ostatní požadavky
- Délka záruky minimálně 2 roky
- Životnost přístroje minimálně 8 let

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

---

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie (KÚČOCH)
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 08/2020

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat do každé části pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná pro příslušnou část veřejné zakázky na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění. Uchazeči jsou oprávnění podat nabídku do jedné nebo obou částí veřejné zakázky. V případě podání nabídky do obou částí, musí být pro každou část veřejné zakázky podána nabídka samostatně.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 8. 7. 2020 do 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).
Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.
Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek, a to pro každou část samostatně.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2a pro I. část a v příloze č. 2b pro II. část této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb *Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.*
Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nabídka uchazeče nebude hodnocena.
Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka zpracovaná v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny (pro každou část samostatný krycí list),
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2a této výzvy pro I. část a dle přílohy č. 2b pro II. část,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy (pro každou část samostatný návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb),
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek (pro každou část samostatně),
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce,
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců, na mikromotor 36 měsíců
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2a - Návrh kupní smlouvy pro část I
Příloha č. 2b – Návrh kupní smlouvy pro část II
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek

Ing. Pavel Dočkal
63358