



Odbor nákupu

VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE
INV. PLÁN 2.3.368/20

NAŠE ZNAČKA
VZ-2020-000739 311-9/20

VYŘIZUJE / LINKA
NOVÁK/588442873

DATUM
14/7/2020

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci – „Softwarových balíčků pro bypass srdce“

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách veřejnou zakázku malého rozsahu na:

Předmět zakázky

„Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce“

1. Technické požadavky

**1.1. Charakteristika softwarových balíčků VCV mód pro bypass srdce pro
Kardiochirurgickou kliniku:**

Požadujeme dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 kusů softwarového balíčku VCV mód pro bypass srdce určených pro anesteziologické přístroje, včetně veškerých požadovaných funkcí a zaškolení personálu k používání na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Olomouc.



1.2. Technická specifikace softwarových balíčků VCV mód pro bypass srdce pro
Kardiochirurgickou kliniku:

- ✓ 2 kusy (licence) softwarového balíčku VCV mód pro bypass srdce určených pro anesteziologické přístroje na pracovišti Kardiochirurgické kliniky
- ✓ software musí být kompatibilní s anesteziologickým přístrojem GE Healthcare Aisys CS2 včetně trvalé licence
- ✓ software s módem VCV pro bypass srdce musí umožnit provádět mechanickou ventilaci v režimu VCV (objem řízená ventilace)
- ✓ režim VCV je jediný ventilační režim k dispozici při použití VCV bypassu srdce
- ✓ software musí umožnit pozastavení alarmů objemů, apnoe, nízké hladiny anestetika, nízkého věku MAC, CO₂, Paw – průtoku a respirační frekvence během použití bypassu srdce
- ✓ software musí mít funkci aktivace alarmů při vypnutí režimu bypassu nebo při zastavení mechanické ventilace
- ✓ softwarový balíček VCV mód pro bypass srdce musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE
- ✓ zajištění pravidelné aktualizace a podpory po dobu záruky zdarma
- ✓ minimální délka záruky na software musí být 24 měsíců
- ✓ snadná obsluha softwaru

1.3. Požadavky na pravidelné prohlídky, servis a instruktáž softwarových balíčků VCV mód
pro bypass srdce pro Kardiochirurgickou kliniku:

- ✓ zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a aktualizací minimálně dle doporučení výrobce dle zákona 268/2014 Sb. nebo 22/1997 Sb. po dobu záruky zdarma
- ✓ zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma a dle zákona 268/2014Sb.
- ✓ bezplatné zajištění proškolení zdravotnického personálu k používání systému a také proškolení určeného personálu k možnosti provádění instruktáže koncových uživatelů k užívání přístroje dle §61 zákona 268/2014 Sb.
- ✓ dostupnost servisu a certifikovaného servisního technika
- ✓ zajištění servisní podpory po dobu předpokládané životnosti přístroje

1.4. Náklady na pravidelné prohlídky a servis softwarových balíčků VCV mód pro bypass
srdce pro Kardiochirurgickou kliniku:

- ✓ uveďte četnost pravidelných prohlídek, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., v platném znění
- ✓ uveďte cenu pravidelné prohlídky včetně nákladů na výměnu materiálu předepsaného výrobcem
- ✓ uveďte cenu PBTK včetně nákladů na dopravu
- ✓ uveďte cenu za hodinu práce servisního technika
- ✓ uveďte cenu za dopravu servisního technika a čas strávený na cestě



2. Zadavatel

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
zastoupená prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.
kontaktní osoba: Kamil Novák, DiS.

3. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc – Kardiochirurgická klinika
předpoklad realizace do 8/2020

4. Hodnotící kritéria

Zadavatel bude nabídky hodnotit z hlediska ekonomické výhodnosti, ve které bude zadavatel hodnotit výši nabídkové ceny, úroveň technických parametrů a užitných vlastností, délku záruky, náklady na pozáruční servis a PBTK po dobu životnosti přístroje, která se předpokládá minimálně po dobu 8 let.

5. Obchodní podmínky a návrh kupní smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu kupní smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 2 ke smlouvě, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.

V takovém případě bude nabídka uchazeče při posouzení nabídek vyřazena pro nesplnění podmínek výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

6. Nabídka musí obsahovat

- ✓ návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ délku záruční doby minimálně 24 měsíců
- ✓ návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ záruční list, prohlášení o shodě (Declaration of conformity)
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem
- ✓ reference v ČR
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce“)



- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude vyčísleno zvlášť, **cena bude konečná**, bude zahrnovat veškeré náklady, **včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu**, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž personálu a technika OBMI dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb.
- ✓ platba proti faktuře po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 60 dnů
- ✓ **uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu**
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o veřejných zakázkách v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 9:00 dne 31. 7. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje pro výběrová řízení PROebiz s označením případu „**Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce**“ s adresou zadavatele:

Fakultní nemocnice Olomouc
Odbor nákupu
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Poznámka:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny k VZMR „Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 2 – Technické požadavky k VZMR „Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy k VZMR „Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc
- Příloha č. 4 – Návrh servisní smlouvy k VZMR „Softwarové balíčky VCV mód pro bypass srdce“
naleznete v elektronické podobě na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc