

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 12. 8. 2020

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem "Materiál spotřební k systému na stanovení ACT+vypůjčka krevního analyzátoru".

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12. 8. 2020

Dotaz 1

Bod 3.3. Krevní analyzátor

Požadavek na expiraci spotřebního materiálu „expirace spotřebního materiálu pro analýzu vzorků min. 3 měsíce

Bod 3.4. Další podmínky Požadavek na expiraci spotřebního materiálu „expirace min. 12 měsíců“

Tyto body považujeme v rozporu a prosíme o upřesnění jednotného požadavku na min. expiraci spotřebního materiálu a to v úrovni požadavku uvedeného v bodu 3.3. Krevní analyzátor, kde je požadována min. expirace 3 měsíce. Tato doba expirace dle našeho názoru dostatečně splňuje provozní potřebu, reflektuje schopnosti dodavatele plynule dodávat spotřební materiál tak aby nemocnice nevytvářela velké zásoby spotřebního materiálu vázající finanční zdroje a skladovací kapacity.

Odpověď 1

Zadavatel požaduje expiraci spotřebního materiálu minimálně 3 měsíce.

Zadavatel poskytuje upravený návrh kupní smlouvy a tabulku splnění minimálních technických podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy (verze120820)

Příloha č. 5 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek (verze120820)