



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-000598 s názvem:

"Materiál spotřební k systému na stanovení ACT + výpůjčka krevního analyzátoru"

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k systému na stanovení ACT dle uvedených minimálních technických podmínek v příloze č 4. Jedná se o položky : ACT testovací kyveta/cartridge do 1000s v předpokládaném orientačním množství 2 400 ks za 4 roky, ACT testovací kyveta/cartridge do 400s v předpokládaném orientačním množství 2 400 ks za 4 roky a bezplatná výpůjčka krevního analyzátoru. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství. Realizace dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vystavení dílčí objednávky.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

V případě, že součástí předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

3. Minimální technické požadavky

3.1. ACT testovací kyveta/cartridge

- Pro rozsah měření min. do 1000 vteřin
- Aktivátor:silica, kaolin nebo celite
- Pro použití s čerstvou plnou krví
- Kompatibilní s krevním analyzátozem – viz níže

3.2. ACT testovací kyveta/cartridge

- Pro rozsah měření min. do 400 vteřin
- Aktivátor:silica, kaolin nebo celite
- Pro použití s čerstvou plnou krví
- Kompatibilní s krevním analyzátozem – viz níže

3.3. Krevní analyzátor

- 1 ks přístroje – krevního analyzátoru
- Systém musí umožňovat provádět koagulační test ACT v místě ošetření pacienta
- Systém musí být přenosný u lůžka pacienta
- Systém musí mít integrovaný scanner čárových kódů



- Systém musí být schopen napojení pomocí SW do IS
- Systém musí umožnit automatické odesílání výsledků testů do LIS/NIS
- Systém musí umožnit zobrazení výsledků: display přístroje, tiskárna, LIS/NIS
- Systém musí umožnit personifikaci testů podle IČ pacienta, data a času
- Systém musí mít interní paměť pro min. 1000 testů s možností jejich opětovného zobrazení na přístroji, tisku a odeslání do LIS/NIS
- Systém musí mít integrovanou Quality kontrol pro každý test
- Jako vzorek musí být použitelná celá (plná) krev
- Množství krve k provedení koagulačního testu: do 40 mikrolitrů
- Expirace spotřebního materiálu pro analýzu vzorků min. 3 měsíce
- Testy pro stanovení ACT: rozsah měření
- Nízké (min. do 400s)
- Vysoké (min. do 1000s)

3.4. Další podmínky

- Poštovné a balné v ceně
- Expirace min. 12 měsíců
- Vzorky: zadavatel si vyhrazuje právo na ověření kvality případným vyžádáním vzorků

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc,

Předpoklad podpisu smlouvy: 08/2020

Doba plnění: smlouva na dobu neurčitou

5. Podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18.8. 2020 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Tuto nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být pevná pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky a po celou dobu plnění veřejné zakázky, musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškerých nákladů souvisejících s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovného, balného, přepravních nákladů, dodání na místo plnění apod.

Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.



7. Obchodní podmínky

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, která je součástí této výzvy k podání nabídky jako Příloha č. 3 a závazného textu smlouvy o výpůjčce, která je součástí této výzvy k podání nabídky jako Příloha č. 4.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat jménem účastník uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nebude nabídka účastníka hodnocena.


Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- ✓ vyplněnou přílohu č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o výpůjčce v závazné podobě dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ doplněnou přílohu č. 5 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek
- ✓ technickou specifikaci produktu, katalogové (produktové listy), CE certifikát, certifikát IVD, prohlášení o shodě, návod k použití,

9. Ostatní podmínky

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
- ✓ Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.



Ing. Čeněk Merta, MBA
obchodní náměstek
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA
obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- Příloha č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny
- Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o výpůjčce
- Příloha č. 5 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek
- Příloha č. 6 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě