

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 18. 8. 2020

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem "Role papírové vyšetřovací s perforací na vyšetřovací lůžka".

Dotaz 1

Dle specifikace zadavatel požaduje vnitřní průměr role (dutinky) minimálně 0,05 m (tolerance +/- 6%). Bude zadavatel akceptovat roli s vnitřním průměrem role (dutinky) 0,039 m?

Odpověď 1

Zadavatel na základě potvrzení dodavatelů lehátek připouští dodávku rolí s vnitřním průměrem dutinky 0,039 m.

Dotaz 2

Námi nabízená vyšetřovací podložka v roli splňuje všechny Vámi požadované kvalitativní a kvantitativní kritéria, stanovené v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce, vyjma délky útržku, kde se liší o 2,6 cm od minimální požadované délky. Můžeme nabídnout papírovou vyšetřovací roli s délkou útržku 35 cm? (Rozdíl v délce útržku by byl 2,6 cm) Předpokládáme, že při tomto minimálním rozdílu délky útržku by byl účel a funkčnost podložek zachovány. (typ suroviny, gramáž suroviny, délka role, šířka role a průměr dutinky odpovídají požadovaným parametrům)

Odpověď 2

Zadavatel trvá na v zadávacích podmínkách uvedené délce útržku. Tazatelem uváděná délka útržku je mimo toleranční rozsah stanovený zadavatelem.

Dotaz 3

Dle zadávací dokumentace, bod 8, zadavatel požaduje předložení seznamu minimálně jedné referenční zakázky ve výši alespoň 486 000,00 Kč bez DPH. Dle našeho názoru je tato finanční hranice nastavena příliš vysoko. Je, prosím, zadavatel ochoten snížit výši referenční zakázky, případně zcela upustit od tohoto požadavku?

Odpověď 3

Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci. Referenční zakázku v dané výši nepovažuje zadavatel za nepřiměřenou.

Zadavatel tímto vysvětlením ZD č.1 zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 26.8.2020 do 10 hod.