

Oddělení veřejných zakázek

V Olomouci 19. 8. 2020

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem "Role papírové vyšetřovací s perforací na vyšetřovací lůžka ". Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.8.2020**

Dotaz 1

Dne 18.8.2020 jsem žádal dodatečnou informaci, zda je možné nabídnout roli s délkou útržku 35 cm , při dodržení všech ostatních požadovaných kvalitativních a kvantitativních parametrů dle zadávací dokumentace .

Odpověď zadavatele č.2 ze dne 18.8.2020 - zadavatel nepřipouští délku útržku 35 cm. "Zadavatel trvá na v zadávacích podmínkách uvedené délce útržku. Tazatelem uváděná délka útržku je mimo toleranční rozsah stanovený zadavatele" Ve výběrovém řízení v roce 2018 na Role papírové vyšetřovací s perforací na vyšetřovací lůžka byla v zadávací dokumentaci zadavatelem rovněž požadovaná délka útržku 40 cm s tolerancí +- 6% a při výběru byla akceptovaná a následně byla uzavřena smlouva s dodavatelem, který nabídnul roli s délkou útržku 35 cm - viz přiložená kopie smlouvy z veřejného rejstříku smluv. Viz . příloha č.1 - nabídnuté technické parametry .

Vzhledem k výše uvedenému žádám o opakované posouzení mého dotazu .

Odpověď 1

Zadavatel bude akceptovat délku útržku 0,35m.

Přílohy:

Příloha č. 4 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek (verze190820).xls