



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-000824 s názvem:

„Respirátory FFP3 bez výdechového ventilu“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu v předpokládaném orientačním množství 5 000 ks. Jedná se o průběžné dodávky po dobu jednoho roku.

Specifikace požadovaných respirátorů je uvedena dále v této zadávací dokumentaci.

Součástí předmětu veřejné zakázky jsou dodávky zboží do místa plnění včetně předávacího protokolu a likvidace veškerých obalů a odpadu vzniklého při dodávce.

Zboží bude kupujícímu dodáváno postupně, a to dle potřeb kupujícího, na základě jednostranných právních jednání kupujícího (dále jen „objednávky“ či jednotlivě „objednávka“), jejichž prostřednictvím dá kupující prodávajícímu pokyn k částečnému plnění této smlouvy. Objednávky budou předávány prodávajícímu písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo elektronického objednávkového systému, ve výjimečném případě mohou být předány telefonicky. Každá objednávka musí přesně specifikovat druh, množství a popř. balení zboží. Prodávající je povinen doručení objednávky kupujícímu neprodleně písemně potvrdit.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

V případě, že součástí předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou v minimálním počtu 5 ks. Tento vzorek musí být dodán do 7 dnů od písemné výzvy zadavatele. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 400 000,00 Kč bez DPH / 5 tisíc ks respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako maximální a nepřekročitelná nabídková cena.



3. Specifikace:

- respirátor FFP3 je určený k jendorázovému použití
- respirátor FFP3 bude sloužit k zabránění kontaminace při lékařských zákrocích a jejich nošení může zpomalit šíření viru
- respirátor FFP3 bude určený pro chirurgické výkony
- respirátor FFP3 bude sloužit jako ochrana pro personál i pacienta před infekcí
- FFP3 - označení typu musí být uvedeno na masce nebo primárním obalu
- filtrační efektivita minimálně 99%
- respirátor FFP3 bez výdechového ventilu
- bez zápachu
- ochrana před vdechnutím infekčních částic (prach, viry, alergeny)
- chrání před nebezpečnými kontaminovanými látkami přenášenými vzduchem
- musí se dobře přizpůsobit tvaru obličeje
- musí být zajištěna spolehlivá ochrana díky dobré přilnavosti respirátoru k obličeji
- musí být vhodná pro všechny typy obličejů (pokrytí nosu, úst, brady)
- musí být vyrobená z nedráždivého materiálu
- nesmí obsahovat latex, skelná vlákna, nikl
- musí být hypoalergenní - nesmí se objevit žádná alergická reakce,
- musí splňovat normy CE – EN 14683:2014, EN 149:2001+A1:2009
- během používání respirační masky musí gumička po celou dobu zachovat svoji pružnost
- musí mít vysokou prodyšnost - zabraňující zadržování vlhkosti
- masky musí být baleny jednotlivě

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Sklad zdravotnických prostředků

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 9/2020

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 18. 8. 2020 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena v Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou.

Nabídková cena bude stanovena za celý rozsah předmětu plnění tj. za celé předpokládané množství. Tuto nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškerých nákladů souvisejících s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovního, balného, přepravních nákladů, dodání na místo plnění apod.

Dani z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky.



Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli.


Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním jednat jménem účastníka uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je účastník zapsán.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ Doplněnou Přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny.
- ✓ Doplněnou Přílohu č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny.
- ✓ Doplněnou Přílohu č. 3 – Splnění minimálních technických podmínek.
- ✓ Návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 4 této výzvy.
- ✓ Popis a vyobrazení nabízeného zboží.

9. Ostatní podmínky

- ✓ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
- ✓ Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.



.....
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA,
Obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny
- Příloha č. 2 – Příloha krycího listu nabídkové ceny
- Příloha č. 3 – Splnění minimálních technických podmínek
- Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy
- Příloha č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě