



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-001088 s názvem:

„Tonometr oční“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks bezkontaktního automatického tonometru s pachymetrií na stolku pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu. Specifikace předmětu zakázky je patrná z přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 320 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku tonometru je 248 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, metrologická ověření, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 72 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- Tonometr musí být plně automatický přístroj měřící nitrooční tlak (IOP) bezkontaktní metodou pomocí integrovaného světelného zdroje
- Tonometr musí být plně automatický, s automatickým i manuálním zaměřením oka pacienta a automatickým spouštěním měření obou očí v osách X-Y-Z (3D) pomocí jednoho tlačítka
- Přístroj musí zajišťovat bezkontaktní měření ve 3 módech (full auto - plně automatické měření obou očí /auto - automatické měření jednoho oka / manual - ruční měření uživatelem)
- Tonometr musí umožňovat definovanou sérii měření s automatickým ukončením a zastavením výfukového vzduchu ihned po ukončení měření
- Tonometr musí mít automatický přepočet naměřeného tlaku pomocí parametru centrální rohovkové tloušťky (měřící rozsah pachymetrie min. 150 - 1300 µm)
- Možnost uživatelského nastavení přepočtového vzorce
- Tonometr musí mít joystick s elektronickým předozadním ovládáním posunu celé hlavy přístroje a také posun po osách X-Y s ovládáním měřící hlavy přístroje
- Pracovní vzdálenost tonometru musí být v min. vzdálenosti 11 mm od oka
- Měřící rozsah bezkontaktního tonometru musí být min. 0 - 60 mmHg
- Tonometr musí zajišťovat měření IOP i Pachymetrie



- Tonometr musí mít barevný displej pro zobrazení oka pacienta a naměřených hodnot IOP s min. velikostí 5'', s nastavitelným náklonem min. 0° - 40°
- Součástí tonometru musí být elektricky nastavitelná podložka brady dle potřeb pacienta i uživatele, která umožňuje výškové nastavení hlavy pacienta před započítím měření
- Přístroj musí mít vestavěnou tiskárnu s automatickou řezačkou papíru
- Bezkontaktní tonometr musí mít ochranné prvky (bezpečnostní záračka ve vzdálenosti min. 9 mm od oka pacienta) pro zamezení dotyku s okem pacienta, včetně vizuální indikace na displeji při velkém přiblížení vzduchové trysky přístroje
- Tonometr musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 1,5 m
- Přístroj musí umožnit budoucí připojení k PC s Windows 10 Pro. Přístroj a přenášená data musí splňovat legislativu o kybernetické bezpečnosti a být v souladu s předpisem GDPR
- Přístroj musí mít vestavěný výstup USB, RS-232C, LAN rozhraní
- Tonometr musí mít integrovaná fixační světla
- Tonometr musí být umístěn na stolku

Specifikace stolku

- Stolek musí být elektricky výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 80 - 100 cm
- Stolek se ovládá tlačítky ze strany uživatele
- Stolek musí mít nosnost minimálně 60 kg
- Stolek musí být napájen z běžné zásuvky 230 V / 50 Hz s délkou přívodního kabelu min. 1,5m

Součást dodávky

- Součástí dodávky musí být minimálně 1 ks role papíru a barvicí pásky do tiskárny
- Součástí tonometru musí být spotřební materiál (podložky brady) pro vyšetření min. 100 pacientů

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 11/2020

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 20.10. 2020 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.



7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce,
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel

Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®

I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb

Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek

Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek