



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2020-001119 s názvem:

„Monitor povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks monitoru povrchové kontaminace rukou, nohou, oděvu pro Klinikou nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu. Specifikace předmětu zakázky je patrná z přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 930 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku monitoru je 680 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, ověření ČMI pro 99mTc, 18F a 131I, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 250 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- Příklad musí monitorovat současně plošnou kontaminaci rukou a nohou (musí mít zvlášť detektory pro ruce a nohy)
- Příklad musí obsahovat šatní sondu pro monitoraci povrchové kontaminace oděvu
- Příklad musí detekovat záření beta a gama
- Musí měřit minimálně radionuklidy 18F, 89Sr, 111In, 169Er, 51Cr, 89Zr, 123I, 177Lu, 67Ga, 68Ga, 90Y, 131I, 186Re, 99mTc, 153Sm, 201Tl a jednoduše umožňovat jejich volbu na přístroji
- Musí mít minimální detekční citlivost 4 Bq/cm² pro 99mTc, 18F a 131I
- Zobrazované jednotky cps, Bq/cm²
- Musí mít automatickou korekci pozadí a umožňovat měření i ve zvýšeném pozadí oproti přírodnímu pozadí
- Připojení a komunikace s lokálním PC včetně dodávky a instalace software s licencí, který zaznamenává údaje o měřených osobách a výsledky jejich kontaminace
- Rozměry celého kompletu nesmí překračovat (Š x H): 90 x 100 cm
- Napájení z běžné zásuvky 230V/50Hz



Součást dodávky

- K přístroji musí být dodána kompletní kabeláž nutná pro jeho provoz a vybavení pro doporučené kontroly kvality
- Platné ověření ČMI pro 99mTc, 18F a 131I

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s 22/1997 Sb., po dobu záruky zdarma
- Zajištění platného ověření ČMI pro 99mTc, 18F a 131I, po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma, v souladu se zákony 22/1997 Sb. a 422/2016 Sb. (vyhláška o radiační ochraně)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika nukleární medicíny
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 11/2020

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 22. 10. 2020 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.



8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
 - ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
 - ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
 - ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
 - ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
 - ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
 - ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce,
 - ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,
9. Ostatní podmínky
- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
 - ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

prof. MUDr.  Pavlík, Ph.D.
ředitel
Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek