



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2019-001150 s názvem:

„Termocykler pro HOK“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu termocykleru (termocyklerů) pro hemato-onkologickou kliniku, a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Varianta a) Zadavatel požaduje dodávku 1 ks termocykleru se dvěma (2) nezávislými bloky, kdy každý blok je určen pro 48 zkumavek o objemu 0,2 ml a musí mít možnost výměny dvojbloku za jeden blok pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml.

Varianta b) Zadavatel bude akceptovat nabídku ve variantě dodávky 2 termocyklerů, kde každý přístroj má blok pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml.

Účastník veřejné zakázky povinně zvolí do své nabídky pouze 1 variantu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 284 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 1 ks termocykleru (varianta a) nebo 2ks termocyklerů (varianta b) je 104 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 180 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- varianta a: termocykler musí mít 2 nezávislé bloky. Oba bloky musí pracovat nezávisle. Každý blok je určen pro 48 zkumavek o objemu 0,2 ml. Přístroj musí mít možnost výměny dvojbloku za jeden blok pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml,
- varianta b: 2 termocyklery, kde každý přístroj má blok pro 96 zkumavek o objemu 0,2 ml.



Společné parametry specifikace pro variantu a) i b)

- Termocykler musí být samostatně programovatelný přístroj s dotykovým displejem.
- Termocykler musí mít možnost ukládat programy (minimálně 200 uživatelsky definovaných programů).
- Termocykler musí umožňovat nastavit program s minimálně 200 cykly.
- Termocykler musí umožňovat nastavení několika teplotních cyklovacích smyček (loop), přičemž musí umožňovat nastavit samostatnou cyklovací smyčku v rámci jiné cyklovací smyčky.
- Teplotní neuniformita (přesnost) termocyklu musí být maximálně $\pm 0,2$ °C.
- Homogenita bloku při teplotě 20 – 72 °C musí být maximálně $\pm 0,2$ °C.
- Homogenita bloku při teplotě 95 °C musí být maximálně $\pm 0,6$ °C.
- Rychlost teplotní změny pro jamkový blok musí dosáhnout hodnoty minimálně 4°C/s pro ochlazení a pro ohřátí.
- Termocykler musí mít nastavitelnou rychlost ohřevu (ramp rate) minimálně v kroku 0,5 °C/s.
- Teplotní rozsah bloku musí být minimálně v rozsahu 4 – 99 °C.
- Termocykler musí mít vyhřívané víko v minimálním rozsahu 37 – 110 °C s možností vypnutí vyhřívání v programu.
- Víko přístroje musí být ploché tuhé a vyhřívané s dostatečným tlakem pro zabránění kondenzace a odpařování.
- Termocykler musí umožňovat export programů, uživatelů a chybových hlášek.
- Termocykler musí mít tichý chod (méně než 60dB)
- Termocykler musí mít automatické nastavení výšky víčka k použití všech typů spotřebních materiálů (skirted, semi-skirted, unskirted PCR destičky, stripy).
- Termocykler musí mít funkci, která při opětovném spuštění funkce zajistí, aby termocykler pokračoval v programu tam, kde přestal (Pokud tuto funkci termocykler nemá, musí být součástí dodávky UPS, která umožní dokončení daného programu do konce).

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky za jakost a bezvadnost provedeného díla minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologická klinika

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 11/2020

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, účastník veřejné zakázky povinně zvolí do své nabídky pouze jednu z uvedených variant. Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 10. 2020 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele (www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.



6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1a – Krycí list nabídkové ceny v případě nabídky varianty a,
- ✓ vyplněnou přílohu č. 1b – Krycí list nabídkové ceny v případě nabídky varianty b,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
- ✓ certifikát servisního technika a certifikát školitele vystavené výrobcem v českém jazyce,
- ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče
Fakultní nemocnice Olomouc®

Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek