

V Olomouci 18. 2. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Bateriová vrtačka a vzduchem poháněné jednotky“ část II „Vrtací a pilová jednotka poháněné vzduchem“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17. 2. 2021

Dotaz 1:

Dotaz k části 2:

1) Zadavatel požaduje v rámci části 2 nabídku 1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství a 1 ks vzduchem poháněné pilové jednotky včetně příslušenství.

Uchazeč může nabídnout 1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství splňující všechny požadované parametry, vzhledem k tomu, že jednoúčelové vzduchem poháněné pilové jednotky se již nedodávají, může uchazeč nabídnout vzduchem poháněnou vrtací jednotku s pilovým nástavcem.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče obsahující místo jednoúčelové vzduchem poháněné pilové jednotky plně kompatibilní vzduchem poháněnou vrtací jednotku s pilovým listem, při zachování medicínského účelu a všech požadovaných technických parametrů?

Odpověď 1:

Předmětem části II veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky včetně příslušenství pro Centrální operační sály a 1 ks vzduchem poháněné pilové jednotky včetně příslušenství pro Ortopedickou kliniku, včetně provedení zaškolení personálu. Nabídka pro každou část veřejné zakázky musí být zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Zadavatel bude při splnění všech požadovaných technických parametrů akceptovat 1 ks vzduchem poháněné vrtací jednotky s pilovým nástavcem včetně příslušenství jako náhradu za 1 ks vzduchem poháněné pilové jednotky včetně příslušenství určené pro Ortopedickou kliniku.