



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000148 s názvem:

„Motodlahy“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, zajištění záručního a pozáručního servisu 3 kusů rehabilitačních motorových dlah, 1 kus pro Oddělení rehabilitace a 2 kusy pro Ortopedickou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc, včetně příslušenství a provedení zaškolení personálu. Specifikace předmětu zakázky je patrná z přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 348 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota pořízení a dodávky 3 kusů rehabilitačních motorových dlah je 318 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 30 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- Musí se jednat o motorové dlahy určené pro rehabilitaci kolene a kyčle
- Motodlahy musí mít rozsah pohybu pro koleno minimálně v rozsahu 10° - 120°
- Motodlahy musí mít rozsah pohybu pro kyčel minimálně v rozsahu 10° - 75°
- Rychlost motodlahy musí být nastavitelná v minimálně 5 úrovních, a to v rozsahu 45° - 155°/min
- Motodlahy musí umožnit nastavit dobu cvičení v rozsahu minimálně 1 - 59 min
- Motodlahy musí disponovat funkcí měření doby chodu
- Motodlahy musí být možné ovládat pomocí dálkového ovladače s LCD displejem
- Motodlahy musí umožnit zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace a musí být možné nastavit hodnoty rozsahu dle aktuální bolestivosti a citlivosti pacienta
- Motodlahy musí být programovatelná a musí mít minimálně 16 nezávislých programů pro uložení hodnot pacientů
- Motodlahy musí umožnit postupné rozšiřování rozsahu pohybu (tzv. zahřívací mód)
- Motodlahy musí být možné jednoduše a rychle nastavit vzhledem k anatomickým rozměrům pacientů



- Motodlahy musí mít plastové vypoďložení z antialergeních a omyvatelných materiálů odolných vůči běžně používaným desinfekčním prostředkům
- Motodlahy musí mít protiskluzovou konstrukci
- Motodlahy musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 35-46cm pro rehabilitaci femuru
- *Motodlahy pro rehabilitaci bérce pro Ortopedickou kliniku (2ks)* musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 32-55cm
- *Motodlaha pro rehabilitaci bérce pro Oddělení rehabilitace (1ks)* musí mít nastavitelnou délku v rozmezí minimálně 25-55cm (možno řešit formou dětského adaptéru).

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 268/2014 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc - Oddělení rehabilitace, Ortopedická klinika
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 04/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 5. 3. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol.

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

1. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.



8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
 - ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
 - ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
 - ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
 - ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání,
 - ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
 - ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem v českém jazyce,
 - ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem v českém jazyce (zdravotnické prostředky),
 - ✓ cenovou nabídku za kompletní dodávku dle zadání v Kč bez DPH s tím, že DPH bude vyčísleno zvlášť. Cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž,
9. Ostatní podmínky
- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
 - ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně/léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek