

V Olomouci 18.3.2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Nestabilita kolene - Šroub interferenční vstřebatelný pro rekonstrukci křížového vazů“.

DOTAZ:

Zadavatel uvádí v příloze č. 6 ZD – Tabulka splnění min. tech. podmínek mimo jiné požadavek: dvoudisková samocentrující se konstrukce s centrálním krčkem.

Uchazeči není zcela jasný smysl, princip a účel tohoto parametru.

Uchazeči není u poptávaného materiálu tato funkční vlastnost známa.

Uchazeč může nabídnout materiál splňující všechny ostatní požadované parametry.

Může zadavatel blíže upřesnit a vysvětlit požadovaný parametr: dvoudisková samocentrující se konstrukce s centrálním krčkem? Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče splňující všechny požadované parametry kromě výše uvedeného parametru?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel na uvedeném požadavku netrvá. Parametr byl uveden chybně.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 2 je opravená Příloha č. 6 - Tabulka splnění min. tech. podmínek(verze180321).

Přílohy:

Příloha č. 6 - Tabulka splnění min. tech. podmínek(verze180321)