

V Olomouci 25. 3. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a malé děti“.

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 24. 3. 2021.

DOTAZ:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje rozměry přístroje 50 x 50 x 50 cm. Bude zadavatel akceptovat rozměr přístroje v jednom směru 83 cm, neboť tento požadavek nemá žádný objektivní vliv na funkci přístroje a na pacienta?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel bude akceptovat rozměr přístroje v jednom směru max. 83 cm. Účastník tento údaj uvede do poznámky v Příloze č.5 - Splnění minimálních technických podmínek.