

V Olomouci 30. 3. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce s názvem „Vysokofrekvenční ventilátor pro novorozence a malé děti“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 29. 3. 2021.

DOTAZ:

V příloze ZD - Splnění minimálních technických podmínek - zadavatel požaduje mj. " Režim nCPAP, kompatibilní s aplikátory obecně známými jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow ".

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat režim nCPAP, kompatibilní s aplikátory obecně známými jako BabyFlow, NeoJet, případně MiniFlow?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel bude akceptovat režim nCPAP, kompatibilní s aplikátory obecně známými jako BabyFlow, NeoJet, případně MiniFlow.

Zadavatel současně s vysvětlením ZD č. 4 prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 1.4.2021 do 10 hod.