

V Olomouci 16. 4. 2021

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Kompresní zařízení pro zastavení krvácení po perkutánních výkonech na radiálních tepnách“.

---

**Žádost o vysvětlení ZD ze dne 14. 4. 2021.**

**DOTAZ:**

Dle Přílohy č. 4 zadávací dokumentace zadavatel mimo jiné požaduje kompresní balonek o obsahu min. 20 ml.

Bude zadavatel akceptovat kompresní balonek o obsahu 15 ml?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel bude akceptovat kompresní balonek s min. obsahem 15 ml. Účastník tuto skutečnost uvede do poznámky v Příloze č. 4 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1.

---

Zadavatel tímto vysvětlením ZD č. 1 současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 27. 4. 2021 do 10 hod.