



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu **VZ-2021-000715** s názvem:

„Bronchoskop-fibroskop“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks flexibilního video-endoskopu se zdrojem světla a přenosný monitor včetně příslušenství pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie a 1 kusu flexibilního video-endoskopu se zdrojem světla, přenosným monitorem a video-laryngoskopickými lžícemi včetně nezbytného příslušenství pro Oddělení urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici Olomouc dle specifikace uvedené v této výzvě a v Příloze č. 5 této výzvy.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části. Hodnotit se bude každá část samostatně.

Část	Název části
ČÁST I.	Flexibilní video-endoskop pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie
ČÁST II.	Flexibilní video-endoskop pro Oddělení urgentního příjmu

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačnó, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

ČÁST I.

Flexibilní video-endoskop pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 ks flexibilního video-endoskopu se zdrojem světla a přenosný monitor včetně příslušenství pro Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 292 900,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 1 ks zařízení je 257 900,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis 1 ks zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 35 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.



3.1. technická specifikace

- flexibilní endoskop musí mít délku pracovní části minimálně 300 mm
- flexibilní endoskop musí mít vnější průměr distálního konce maximálně 2,9 mm
- flexibilní fibroskop musí mít směr pohledu 0° (Direction of View)
- flexibilní endoskop musí mít zorné pole minimálně 100° (Field of View)
- flexibilní endoskop musí umožňovat ohyb distálního konce minimálně 140°/140°
- flexibilní endoskop musí mít čip na distálním konci endoskopu
- flexibilní endoskop musí mít integrovaný LED zdroj světla
- flexibilní endoskop musí mít na rukojeti endoskopu ovládání vyvážení bílé barvy, pořízení foto a video
- flexibilní endoskop musí být kompatibilní s požadovaným přenosným monitorem

Přenosný monitor

- přenosný monitor musí být kompaktní, s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny
- přenosný monitor musí mít video výstup HDMI pro možnost připojení dalšího monitoru
- přenosný monitor musí mít minimálně 7" s rozlišením min. 1280 x 800 pixelů
- přenosný monitor musí mít minimálně dva vstupy pro video příslušenství (min. kamerová hlava, videoendoskop)
- přenosný monitor musí ukládat video sekvence a snímky v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
- sestavu (flexibilní endoskop + monitor) musí být možné provozovat na baterii i s připojením do elektrické sítě
- sestava musí být kompatibilní pro budoucí připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy i flexibilní videoendoskopy

Součást dodávky

- součást dodávky musí být tester těsnosti s manometrem
- součástí dodávky musí být dobijecí baterie/akumulátor
- součástí dodávky musí být adaptér do elektrické sítě
- součástí dodávky musí být kufr pro celou sestavu

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

ČÁST II.

Flexibilní video-endoskop pro Oddělení urgentního příjmu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu 1 kusu flexibilního video-endoskopu se zdrojem světla, přenosným monitorem a video laryngoskopickými lžicemi včetně nezbytného příslušenství pro Oddělení urgentního příjmu.

Součástí předmětu plnění jsou dodávky spotřebního materiálu nutného pro provoz přístroje.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 1 188 000,- Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 1 ks zařízení je 598 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis 1 ks zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 35 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.



Předpokládaná hodnota budoucího předpokládaného orientačního odběru spotřebního materiálu pro 1 ks zařízení je ve výši 555 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

3.2. technická specifikace

- flexibilní endoskop musí mít délku pracovní části minimálně 650 mm
- flexibilní endoskop musí mít vnější průměr distálního konce maximálně 6,5 mm
- flexibilní endoskop musí mít směr pohledu 0° (Direction of View)
- flexibilní endoskop musí mít zorné pole minimálně 100° (Field of View)
- flexibilní endoskop musí umožňovat ohyb distálního konce minimálně 180°/140°
- flexibilní endoskop musí mít průměr pracovního kanálu min. 3 mm
- flexibilní endoskop musí mít čip na distálním konci endoskopu
- flexibilní endoskop musí mít integrovaný LED zdroj světla
- flexibilní endoskop musí mít na rukojeti endoskopu ovládání vyvážení bílé barvy, pořízení foto a video
- flexibilní endoskop musí být kompatibilní s požadovaným přenosným monitorem

Přenosný monitor

- přenosný monitor musí být kompaktní, s možností provozu na akumulátor bez připojení do sítě min. 2 hodiny
- přenosný monitor musí mít video výstup HDMI pro možnost připojení dalšího monitoru
- přenosný monitor musí mít minimálně 7" s rozlišením min. 1280 x 800 pixelů
- přenosný monitor musí mít minimálně dva vstupy pro video příslušenství (min. kamerová hlava, videoendoskop)
- přenosný monitor musí ukládat video sekvence a snímky v reálném čase na SD kartu nebo USB disk
- sestavu musí být možné provozovat na baterii i s připojením do elektrické sítě
- sestava musí být kompatibilní pro budoucí připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy i flexibilní videoendoskopy

Video-laryngoskopická lžice

- Video-laryngoskopická lžice (Macintosh) musí mít speciální zakřivení pro obtížné intubace
- Video-laryngoskopická lžice musí mít integrovaný LED zdroj světla
- Video-laryngoskopická lžice s čipovou technologií
- Video-laryngoskopická lžice musí mít na rukojeti ovládání pro foto a video
- Video-laryngoskopická lžice musí být kompatibilní s požadovaným přenosným monitorem

Součást dodávky

- součást dodávky musí být tester těsnosti s manometrem
- součástí dodávky musí být dobíjecí baterie/akumulátor
- součástí dodávky musí být adaptér do elektrické sítě
- součástí dodávky musí být mobilní stojan pro celou sestavu včetně držáku sterilních tubusů (min. 10 ks) pro přepravu a ochranu flexibilního endoskopu
- Součástí dodávky musí být propojovací kabel mezi video-laryngoskopickou lžicí a přenosným monitorem
- Součástí dodávky musí rigidní zavaděč se speciálním zakřivením pro video-laryngoskopickou lžici (min. 10 ks)
- Součástí dodávky musí být min. 20 ks odsávacích ventilů, min. 10 zátek pracovního kanálu, kartáček pro čištění pracovního kanálu flexibilního video-endoskopu

Spotřební materiál

- Součástí nabídky je předpokládaný odběr spotřebního/opotřebitelného materiálu (odsávací ventily, kartáčky pro čištění pracovních kanálů) po celou dobu životnosti přístroje (8let), pro provedení 200 vyšetření ročně, tj. 1600 vyšetření za 8 let.
- Uchazeč uvede kompletní katalogový seznam spotřebního/opotřebitelného materiálu s nabídkovými cenami.

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců



- Životnost přístroje minimálně 8 let

Společná ustanovení

4. Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

5. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Oddělení urgentního příjmu

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 8/2021

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat do každé části pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná pro každou část na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30. 7. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

7. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů (pravidelných servisních nákladů, modelových servisních nákladů a nákladů na případnou další instruktáž). Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek, a to pro každou část samostatně.

8. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy, závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy a závazného textu kupní smlouvy na spotřební materiál do části II veřejné zakázky.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyhotoví:

- přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace zařízení
- přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb
- přílohu č. 1 – Seznam spotřebního materiálu s cenami ke kupní smlouvě na spotřební materiál pro část II

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.



Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

9. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny (pro část I i II samostatně),
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy
- ✓ návrh kupní smlouvy na spotřební materiál pro část II - v závazné podobě dle přílohy č. 4 této výzvy
- ✓ rozpis jednotlivých položek spotřebního materiálu a způsob výpočtu celkové nabídkové ceny za spotřební materiál pro 1600 vyšetření/8let pro část II veřejné zakázky
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 5 – Splnění minimálních technických podmínek (pro část I i II samostatně),
- ✓ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic (+ prostý překlad do ČJ)
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce (zdravotnické prostředky),

10. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka dodávky zařízení bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny – část I a II
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 – Návrh kupní smlouvy na spotřební materiál - část II
Příloha č. 5 - Splnění minimálních technických podmínek – část I a II
Příloha č. 6 - Informace k elektronickému podání nabídek