



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000736 s názvem:

„Uroflowmetr“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu u 2 ks uroflowmetrů pro Urologickou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc. Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 130 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota pořízení a dodávky 2 ks přístrojů je 100 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 30 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- 2 ks uroflowmetrů bateriově napájených, komunikujících bezdrátově s obslužným PC
- Přístroje musí mít dosah bezdrátové komunikace minimálně 10 metrů (včetně překážek - cihlová stěna, obklady, ostatní vybavení laboratoře/ambulance)
- Přenos dat musí probíhat šifrovaně, popř. přenos neobsahuje citlivá data anebo neprobíhá přes běžně používané pásmo (Bluetooth/Wi-fi), součástí dodávky musí být USB klíč (dongle) nebo USB externí karta na straně PC pro bezdrátovou komunikaci
- V případě použití integrované baterie, musí být vyměnitelná i bez nutnosti zásahu autorizovaného servisního technika.
- Součástí uroflowmetrického snímače musí být široký trychtýř a sběrná nádoba na moč o objemu minimálně 1l
- Měřený rozsah průtoku musí být minimálně 0 - 100 ml/s, přesnost +/- 2%
- Minimální rozsah měřeného objemu musí být 0 - 2000 ml, přesnost +/- 2%
- Trychtýř i sběrná nádoba na moč musí být z odolného materiálu, umožňujícího opakovanou dezinfekci
- Uroflowmetry musí mít automatické zapnutí měření při začátku mikce
- Uroflowmetry musí mít automatický konec měření po úplném ukončení mikce, systém musí mít optimalizovaný algoritmus pro ukončení měření



Specifikace - Software

- SW musí být minimálně po celou dobu životnosti přístroje funkční bez dalších nákladů (např. musí obsahovat časově neomezené licence k provozu)
- SW musí zobrazovat měřený objem a průtok v čase
- SW musí mít funkci kalibrace přístroje
- SW musí generovat PDF reporty a odesílat je na síťové úložiště
- SW musí zobrazit výsledek uroflowmetrie do jedné minuty od ukončení měření
- SW musí mít funkci tisk grafu/výsledků na standardní tiskárně přímo z programu
- SW musí být kompatibilní s min. HW požadavky PC ICT FNOL: i5 9xxx, 8GB RAM, 2x DP, SSD 480GB, Win 10 Pro (64bit) případně aktualizace SW zajišťující kompatibilitu s aktuálním OS Microsoft po dobu životnosti přístroje zdarma, bezpečnostní aktualizace zdarma po dobu servisní podpory přístroje (minimálně 8 let).

Specifikace - nastavitelný držák

- Odolný výškově stavitelný držák umístitelný pod mikční židli (která je také součástí dodávky a musí být snadno omyvatelná a dezinfikovatelná běžnými desinfekčními prostředky) pro vyšetření žen a dětí, rozsah pohybu minimálně 40 - 70 cm na výšku. Aretace šroubem nebo pákovým mechanismem, dezinfikovatelný
- Odolný výškově stavitelný držák, rozsah pohybu minimálně 40 - 70 cm na výšku. Držák musí mít jednoduchou aretaci pákovým nebo obdobným mechanismem umožňující snadné nastavení výšky. Držák musí být z odolného, snadno dezinfikovatelného materiálu

Součást dodávky

- Součást dodávky pro každý uroflowmetr musí být výškově nastavitelný držák, zařízení pro bezdrátovou komunikaci s PC (USB klíč (dongle) nebo USB externí karta na straně PC) a kompatibilní obslužný SW a 1ks mikční židle

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Urologická klinika

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 09/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 4. 8. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.



7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč **vyhotoví** přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění *a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu* k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce (zdravotnické prostředky).

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče
Fakultní nemocnice Olomouce

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek