



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu **VZ-2021-000744** s názvem:

„Ochranné štíty k RTG – sklopná stěna III“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu 1 ks radiačního ochranného štítu nad lůžko s pacientem a 1 ks radiačního ochranného štítu pod lůžko s pacientem pro II. interní kliniku gastroenterologickou a geriatrickou, a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této výzvy k podání nabídek.

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části. Hodnotit se bude každá část samostatně.

Část	Název části
ČÁST I.	Radiační ochranný štít nad lůžko s pacientem
ČÁST II.	Radiační ochranný štít pod lůžko s pacientem

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Technická specifikace

ČÁST I.

Radiační ochranný štít nad lůžko s pacientem

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 1 ks zařízení je 91 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

3.1. Specifikace

- Štít musí být tvořen kombinací průhledného olovnatého akrylátového skla a lamelami z olovnaté gumy
- Lamely z gumy z materiálu s ekvivalentem Pb musí být ohebné, aby umožňovaly přizpůsobení tvaru stíněné oblasti.
- Lamely z gumy z materiálu s ekvivalentem Pb musí být v PVC omyvatelném obalu
- Sklo musí mít maximální rozměry 390 x 500 mm
- Materiál skla a lamel o ekvivalentu Pb minimálně 0,5 mm
- Váha skla včetně lamel musí být maximálně 9 kg
- Celý štít musí být uchycen na rameni, kdy extenzní část ramene musí být maximálně 750 mm a odpružená část ramene maximálně 910 mm. Rameno lze využít stávající viz Příloha č. 5 - fotodokumentace FOTO1a a FOTO1b. V obou případech (využití stávajícího ramene/dodání nového ramene) nesmí konstrukce bránit v pohybu zavěšeným monitorům.



- Štít musí být uchycený na otočném rameni umožňující odstínění neužitečného záření při různých přístupech vyšetřujícího lékaře.
- Vzdálenost mezi odpruženou částí ramene a štítem musí být maximálně 800 mm (uchycení na tyči s madlem)
- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost zařízení minimálně 8 let

ČÁST II.

Radiační ochranný štít pod lůžko s pacientem

Předpokládaná hodnota za pořízení a dodávku 1 ks zařízení je 180 000,- Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

3.2. Specifikace

- Štít musí být kompatibilní se stolem přístroje Artis Zee, který je na budově 2.IK ERCP
- Štít musí být uživatelsky (personálem) posunutelný po stole bez využití náradí
- Boční části štítu musí být polohovatelné dopředu i dozadu v závislosti na pozici personálu
- Boční části štítu musí být složitelné, aby nepřesahovaly šířku stolu. Ideové umístění (na kratší straně stolu) viz FOTO2 dle Přílohy č. 5 - fotodokumentace.
- Minimální výška štítu musí být alespoň 80 cm
- Štít musí být z omyvatelného materiálu.
- Ochrana pomocí materiálu s ekvivalentem Pb minimálně 0,5 mm
- Váha závěsu nesmí přesáhnout 11 kg
- Štít musí mít minimální šířku 120 cm
- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

Společná ustanovení

4. Místo a doba plnění

Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 9/2021

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Každý uchazeč je oprávněn podat do každé části pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka bude zpracovaná pro každou část na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění. Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 10. 8. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek, a to pro každou část samostatně.



7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyhotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny (pro každou část samostatný krycí list),
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy (pro každou část samostatný návrh kupní smlouvy),
- ✓ vyplněnou tabulku (příloha č. 3– Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku s údaji požadovanými v zadání pro kontrolu a ověření splnění požadovaných parametrů
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic,

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fakultní nemocnice Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 4 - fotodokumentace
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek