

V Olomouci 13. 8. 2021

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Cystotom, Sonda Cysto-gastro Endoflex“**

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11. 8. 2021**

Dotaz 1.:

Dotaz je směřován na všechny části této zakázky, tzn. na části I., II, III.

V tabulce splnění minimálních technických podmínek je požadováno:

„Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu“. Pokud je nám známo, žádný z výrobců těchto cystotomů nemá speciální identifikační barevné značení na obalu. Na obalech námi nabízených produktů jsou přehledně uvedeny dostatečné informace k jasné identifikaci velikosti cystotomu a kompatibilních akcesorií i bez barevného odlišování.

Akceptuje zadavatel, nabídne-li uchazeč produkt s obalem bez „barevného značení“ za předpokladu, že na takovém obalu budou uvedeny údaje k identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu?

Odpověď 1:

Zadavatel netrvá na požadavku „Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu“ a bude akceptovat produkt s obalem bez „barevného značení“ s tím, že na takovém obalu budou uvedeny údaje k identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu. Způsob označení účastníků veřejné zakázky uvede do poznámky v tabulce splnění minimálních technických podmínek s odkazem na vysvětlení ZD č. 1.

Dotaz 2:

V rámci technických kvalifikačních kritérií pro část III. požaduje zadavatel doložit plnění alespoň jedné zakázky s minimálním finančním objemem plnění ve výši 300 tis. Kč bez DPH za rok. Vzhledem k tomu, že cystotomy a cystogastro sety, které máme zájem v rámci této zakázky nabídnout, jsou uvedeny na trh zcela nově, nejsme v tuto chvíli schopni poskytnout referenční dodávku. Referenční dodávka není ani zárukou kvality nabídnutého produktu, tu lze následně ověřit dodáním vzorku.

Akceptuje zadavatel, nabídne-li uchazeč v části III. produkt bez doložení referenční dodávky obdobně, jako je tomu v částech I. a II.?

Odpověď 2:

Zadavatel zrušil požadavek v části III. na doložení realizace min. 1 obdobné zakázky, jejímž předmětem byly dodávky Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 10 Fr. s minimálním finančním objemem plnění ve výši 300 tis. Kč bez DPH za rok.

**Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 19.8.2021 do 10 hod.**