

V Olomouci 11. 8. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Centrifuga“

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 11.8.2021

DOTAZ

Zadavatel uvádí ve svých technických parametrech teplotní rozsah v rozmezí minimálně od -20 do +40C.

Dotaz: akceptuje zadavatel teplotní rozsah centrifugy v rozmezí od -11°C až +40°C?

ODPOVĚĎ

Zadavatel trvá na teplotním rozsahu v rozmezí -20 až +40°C z důvodu předepsaných metodických postupů na pracovišti.