

V Olomouci 16. 8. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Centrifuga“

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 13.8.2021

DOTAZ

bude zadavatel akceptovat cetrifugu, která splňuje technické požadavky, kromě kapacity pro rotor na MTP? můžeme nabídnout rotor s kapacitou 8 ks MTP

ODPOVĚĎ

Zadavatel vzhledem ke kapacitní vytíženosti laboratoře trvá na kapacitě minimálně 10 MTP.