



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000772 s názvem:

„Centrifuga“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu u 1ks stolní chlazené laboratorní centrifugy včetně rotorů a adaptérů na zkumavky pro Hemato-onkologickou kliniku ve Fakultní nemocnici Olomouc. Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 200 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota pořízení a dodávky přístroje je 170 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 30 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- Centrifuga musí být chlazená
- Centrifuga musí mít teplotní rozsah v rozmezí minimálně od -20 do +40 C
- Rychlost rotace musí být možné nastavit minimálně v rozmezí 500 - 15 000 rpm (otáček za minutu) v krocích po 10
- Centrifuga musí umožnit dosáhnout relativní centrifugační síly (RCF): minimálně 21 382 xg s úhlovým rotorem
- Centrifuga musí umožnit dosáhnout relativní centrifugační síly (RCF): minimálně 4 193 xg s výkyvným rotorem
- Centrifuga musí umožnit dosáhnout relativní centrifugační síly (RCF): minimálně 2 218 xg s výkyvným rotorem na MTP (mikrotitrační deska)
- Centrifuga musí mít kapacitu zkumavek:
 - minimálně 4 ks x 200 ml
 - minimálně 8 ks x 50 ml Falcon
 - minimálně 32 ks x 15 ml Falcon
 - minimálně 32 ks x 6-10 ml Vacutainer/Monovette
 - minimálně 56 ks x 1.5/2.0 ml
 - minimálně 10 ks x MTP (mikrotitrační deska)
- Centrifuga musí mít rotorovou komoru vyrobenou z nerezové oceli



- Centrifuga musí mít automatické zamykání a odemykání víka
- Centrifuga musí mít mikroprocesorové řízení, digitální a dobře čitelný displej, odolnou bezspárou klávesnici (možno ovládat i v rukavicích) a bezúdržbový motor
- Centrifuga musí umožnit automatický přepočet otáček na odstředivou sílu
- Centrifuga musí mít nastavitelnou rychlost otáček a čas odstředování
- Centrifuga musí umožnit nastavení času v rozmezí 0 - 59 sekund a 0 - 99 minut, nepřetržitý chod a krátkodobé točení („short spin“)
- Centrifuga musí mít audio signál při ukončení každého běhu centrifugace
- Centrifuga musí mít paměť minimálně pro 9 programů
- Centrifuga musí mít výměnné rotory s automatickou identifikací
- Centrifuga musí mít minimálně 9 rychlostí rozběhu a 9 rychlostí brždění
- Centrifuga musí umožňovat použití různých rotorů, závěsů, adapterů a cytopříslušenství
- Centrifuga musí být napájena z běžné zásuvky 230V/50Hz

Součást dodávky

- Součástí dodávky je výkyvný čtyřmístný rotor s maximálním počtem otáček 4200 za minutu, tento rotor musí být odolný vůči chemikáliím a musí být autoklávovatelný
- Součástí dodávky jsou závěsy do rotoru a adaptéry na zkumavky Falcon o objemu 15ml (průměr a výška cca 17x120mm včetně víčka) a 50 ml (průměr a výška cca 29x115mm včetně víčka) – od každého 4ks

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Hemato-onkologická klinika

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 09/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 17. 8. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.



Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyhotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění *a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.*

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán. Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce (zdravotnické prostředky).

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek