

V Olomouci 31.8.2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce s názvem „Aktivní antidekubitní matrace“.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.8.2021.

DOTAZ:

V zadávací dokumentaci, Příloha č.4 - Splnění minimálních technických podmínek k Veřejné zakázce č. VZ-2021-000823: Aktivní antidekubitní matrace požadujete splnění kritérií na jeden konkrétní typ výrobku, který dodává jedna společnost v ČR. Takto zadané minimální technické podmínky nesplňují §6 zákona 134/2016. Abychom mohli nabídnout minimálně srovnatelné nebo lepší medicínské řešení, potřebujeme změnit minimální technické podmínky. Budete zadavatel akceptovat řešení s uvedenými parametry?

1. Výška matrace 20 cm (8"), systém cela na cele bez podložky tvořené studenou pěnou

Odpověď: *NE, zadavatel trvá na minimální technické podmínce stanovené v zadávací dokumentaci. Maximální výška matrací byla stanovena tak, aby nestlačené antidekubitní matrace nepřekročily svou výškou normě odpovídající maximální výšku vůči postranicím, a tyto tak stále poskytovaly dostatečnou ochranu pacienta před pádem. Zadavatel vzal v úvahu informace pacientů, o větším pohodlí na celách se studenou pěnou.*

2. Možný výběr těchto rozměrů matrací - 80 x 200 cm, 85 x 200 cm, 90 x 200 cm a 90 x 210 cm

Odpověď: *NE, zadavatel trvá na rozměrech matrací stanovených v zadávací dokumentaci. Stanovené rozměry matrací byly specifikovány v souladu s rozměry lůžek.*

3. Námi dodávaný kompresor nepotřebuje pulzní režim, v matraci nejsou špičky tlaků, které by potřebovaly snížení

Odpověď: *akceptujeme jiné technické řešení, které pro dosažení stejné poskytované kvality péče nevyžaduje pulzní režim.*

4. CPR konektor v osvědčené poloze u hlavy pacienta a zároveň lze použít i vytažení konektoru jako CPR funkci

Odpověď: *akceptujeme jiné technické řešení, které pro dosažení stejného účelu - vypuštění matrace - při poskytnutí CPR splní požadavky zadání.*

5. Zpevnění cel v oblasti sedu pomocí tlačítka, lze využít v jakékoli poloze zvednuté zádové části lůžka s matrací v rozmezí dané lůžkem, tedy například 0°- 70°.

Odpověď: *trváme na zadání, kdy matrace musí mít automatické nastavení režimu pro polohu pacienta v sedu bez nutnosti nastavení funkce personálem na řídicí jednotce (pacient při ovládní lůžka nemůže ovládat také funkci matrace). Požadujeme sed minimálně 80 st., a to z důvodu prevence aspirace při příjmu potravy a tekutin.*

6. Kompresor je vybaven odolnými kovovými háky

Odpověď: *akceptujeme jakýkoliv materiál závěsných háků kompresoru, které jsou opracovány a opatřeny povrchem bránícím poškození čel či postranic nemocničních lůžek.*

Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6.9.2021 do 10 hodin.